



Prot. UA2018/522U

Cefalù, 03/10/2018

OGGETTO: Specifiche tecniche relative alla richiesta di preventivo per l'acquisto urgente di n. 5 defibrillatori biventricolari per l'U.O. di Cardiologia della Fondazione, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera a) del D.Lgs 50/2016 ss.mm.ii.

Con la presente si specifica che:

- per n. 1 **defibrillatore automatico biventricolare (CRTD) con connessione DF-4/IS-4** è necessario che vengano forniti i relativi elettrocateri ventricolare destro e ventricolare sinistro per nuovo impianto (upgrading da pacemaker);
- per n. 1 **defibrillatore automatico biventricolare (CRTD) con connessione DF-1/IS-4** è necessario che vengano forniti i relativi elettrocateri atriale e ventricolare sinistro per nuovo impianto (upgrading da ICD).

Cordialmente

Il RUP
Dott. Antonio Luca Salemi