



Prot. N. 2467/D.A.

Cefalù, lì 22/07/2008

Spett.le _____

OGGETTO: Procedura in economia per l'acquisto di n. 3 Letti degenza per l' U.O. di Riabilitazione – Unità di Risveglio di questa Fondazione; Lettera d'invito.

Questa Fondazione, senza alcun impegno definitivo, deve procedere all'acquisto di **n. 3 letti degenza** da destinare all'U.O. di Riabilitazione – Unità di Risveglio di questa Fondazione "Istituto San Raffaele - G.Giglio di Cefalù", con le seguenti caratteristiche:

A) REQUISITI TECNICO-FUNZIONALI E CLINICI

DESCRIZIONE	
1.	Struttura dotata di almeno tre snodi e quattro sezioni
2.	Movimentazioni elettrificate delle sezioni (comandi elettrici sia sul letto che su pulsantiera per gestire i movimenti a distanza)
3.	Possibilità di posizionare il paziente seduto. (Indicare tutte le angolazioni possibili)
4.	I movimenti del letto devono essere tali da non permettere in alcun modo lo schiacciamento dell'addome del paziente
5.	Possibilità di effettuare, elettricamente, sia movimenti singoli che simultanei
6.	Altezza piano letto variabile elettricamente: indicare valore minimo e massimo raggiungibile (valori in cm)
7.	Testiera, pediera e sponde laterali rimovibili
8.	Sponde laterali a scomparsa. (Possibilità di abbassare o inclinare le sponde laterali senza staccarle dal letto)
9.	Possibilità di ottenere la posizione di emergenza in maniera rapida (CPR, Trendelenburg) anche in assenza di alimentazione
10.	Carico di lavoro sicuro del letto non inferiore a 180 kg: indicare il valore massimo in kg.
11.	Larghezza minima letto non inferiore a 90 cm: indicare il valore in cm
12.	Lunghezza minima letto non inferiore a 190 cm: indicare l'eventuale possibilità di allungamento



13. Movimento Trendelenburg/AntiTrendelenburg elettrico e non inferiore a 15°/15°
14. Semplicità di movimentazione su ruote e sistema frenante
15. Facilità di accesso a tutte le parti del letto per una corretta manutenzione e pulizia
16. Alloggiamenti per le aste portaflebo sia nel lato testa che nel lato piede
17. Presenza di indicatori (goniometri) per la rilevazione delle varie inclinazioni
18. Batteria integrata per permettere movimenti anche durante il trasporto
19. Indicare tutti gli indicatori e gli allarmi presenti
20. Indicare ulteriori funzioni disponibili o particolari peculiarità migliorative
ACCESSORI/COMPONENTI
1. N° 1 Asta portaflebo
2. N° 1 Asta sollevamalato con triangolo a cinghia (o sistema equivalente)
3. N° 1 Pulsantiera a filo (o sistema equivalente) per effettuare tutti i movimenti elettrici a distanza.
4. N°1 Materasso antidecubito: descrivere le caratteristiche
5. Indicare tutti gli accessori / componenti che si possono integrare al letto in oggetto

B) GARANZIA E ASSISTENZA TECNICA

DESCRIZIONE
1. <i>Garanzia</i> non inferiore a 2 (due) anni (indicare le condizioni di garanzia)
2. <i>Tempo max di risoluzione del problema</i> (ripristino apparecchiatura o disponibilità di un muletto): 16 ore lavorative dalla chiamata (durante il periodo di garanzia per ogni giorno solare di ritardo verrà applicata una penale pari al 1% del costo di acquisto)
3. Almeno numero una manutenzione preventiva in un anno (specificare il numero di manutenzioni preventive annue previste dal costruttore) N.B. Durante il periodo di garanzia tali interventi si considerano inclusi nella stessa.

Per ognuno dei punti sopraelencati si richiede di indicare, in modo chiaro e conciso, la relativa proposta e la presenza o meno delle caratteristiche richieste.

Si allega, a titolo esemplificativo, il modello da utilizzare per la presentazione dell'offerta tecnica (allegato A).



L'apparecchiatura offerta deve possedere la marcatura CE, in particolare deve assolutamente rispondere in ogni sua parte alle normative vigenti in termini di sicurezza e funzionalità per l'uso a cui è destinata (allegare certificazioni).

Al fine di procedere ad una corretta valutazione della strumentazione, questa Fondazione si riserva di visionare, con dimostrazione pratica, i prodotti offerti in gara.

La gara sarà aggiudicata con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa. I criteri di aggiudicazione sono dettagliatamente descritti nell' **allegato "B"** al presente invito.

La valutazione tecnico, funzionale e clinica sarà effettuata da una Commissione interna.

Della valutazione tecnica sarà redatto apposito verbale.

Premesso quanto sopra, si invita Codesta Ditta a far pervenire, a questa Fondazione, entro il termine delle ore 13,00, del giorno **31 Luglio 2008** la migliore offerta che è disposta a praticare, comprensiva di ogni e qualsiasi spesa, esclusa la sola IVA della quale deve essere precisata l'aliquota vigente, in apposito plico chiuso, sigillato contro eventuali manomissioni, e siglato sui lembi di chiusura e deve riportare all'esterno la dicitura **"Offerta Letti degenza per l'Unità di Risveglio"**; tale plico dovrà contenere due buste separate:

Busta "A" recante all'esterno la dicitura "Offerta economica":

in tale offerta dovrà essere indicato esclusivamente:

- il prezzo d'offerta per l'intera fornitura richiesta ed il prezzo di ciascuna parte componente la fornitura;
- il numero del codice fiscale o partita I.V.A. ed il domicilio fiscale di codesta Ditta, nonché l'Ufficio dell' Agenzia delle Entrate competente per territorio.
- certificato d'iscrizione alla Camera di Commercio competente, con non fallenza e dichiarazione antimafia.

Dovrà altresì essere incluso nella predetta busta il listino prezzi corrente o stralcio del medesimo;

Busta "B" recante all'esterno la dicitura "Documentazione Tecnica" nella quale dovranno essere inseriti i seguenti documenti:

- Scheda di presentazione dell'offerta tecnica, debitamente compilata, redatta secondo il modello esemplificativo di cui all'allegato (A);
- certificazione CE delle apparecchiature offerte, in originale o in copia autenticata nelle forme previste dalla normativa vigente in merito;
- relazione illustrativa delle caratteristiche tecniche delle attrezzature offerte, e relativi depliant illustrativi che devono riportare, **in maniera chiaramente individuabile**, il modello offerto e la Casa Produttrice, nonché il timbro della Ditta concorrente, se diversa dal Produttore;
- copia dell'offerta economica senza i prezzi offerti.
- referenze, in particolare il numero e la dislocazione di altri sistemi distribuiti nella regione Sicilia ed eventualmente in ambito nazionale;

Inoltre si richiede, pena l'esclusione dalla procedura, da inserire nella busta della documentazione tecnica (Busta "B"):

- ✓ Manuale utente in italiano (in formato elettronico e cartaceo);
- ✓ Listino prezzi ufficiale relativo all'assistenza tecnica e spese di viaggio (indicare la percentuale di sconto praticata alla nostra Fondazione);
- ✓ Listino prezzi ufficiale (depositato alla camera di commercio) di tutti gli eventuali consumabili, (indicare la percentuale di sconto praticata alla nostra Fondazione) ;
- ✓ Eventuali schemi di disposizione e di installazione delle apparecchiature con indicate tutte le informazioni relative a: alimentazione elettrica (assorbimento, potenze, tipologie di connettori, ecc.);



FONDAZIONE
ISTITUTO SAN RAFFAELE - G. GIGLIO DI CEFALÙ

- ✓ Schede tecniche di sterilizzazione di eventuali componenti/accessori che necessitano di sterilizzazione.
- ✓ Dichiarazione di disponibilità ad effettuare almeno N° 3 giorni di training al personale utilizzatore e al personale tecnico del Servizio di Ingegneria Clinica, da effettuare secondo le esigenze della Fondazione.

La consegna dovrà essere effettuata a vista, alla data di ricevimento dell'ordine, presso l'Unità di Risveglio di questa Fondazione, previ accordi telefonici con il Servizio di Ingegneria Clinica (0921/920517).

Il ritardo nella consegna comporta, per ogni decade di ritardo, l'applicazione di una penale dello 0,5% del prezzo imponibile delle apparecchiature non consegnate.

La ditta dovrà presentare una sola proposta.

Il pagamento sarà effettuato a 90 gg. fine mese data fattura, ed a seguito di collaudo positivo delle apparecchiature fornite.

La presente lettera d'invito non impegna in alcun modo questa Fondazione la quale si riserva la facoltà di procedere o meno all'acquisto di che trattasi senza che codesta Ditta abbia nulla a reclamare o pretendere.

La presente lettera d'invito è affissa all'Albo Pretorio del Comune di Cefalù, all'Albo della Fondazione, C.da Pietrapollastra –Pisciotto – Cefalù e pubblicata sul sito internet della Fondazione www.hsrgiglio.it sezione “Bandi e appalti”.

Il Foro competente, in caso di contenzioso, è quello di Termini Imerese.

Per ulteriori chiarimenti resta a Vs. disposizione l'Ufficio Acquisti di questa Fondazione (tel. 0921/920756).

Allegati:

- A) Scheda di presentazione offerta tecnica;
- B) Criteri di aggiudicazione.

Il Dirigente Servizi Generali ed Acquisti
D.ssa Leonarda Sausa