

Oggetto: Criteri di valutazione relativi alla fornitura di N° 3 letti degenza per l'Unità di Risveglio.

La valutazione sarà effettuata in base ai seguenti elementi:

- A) Punteggio massimo per le migliori caratteristiche tecnico-funzionali Punti 60,00
 B) Punteggio massimo per la migliore offerta prezzo più basso Punti 40,00

A) VALUTAZIONE TECNICO-FUNZIONALE E CLINICA (QUALITA')

La commissione tecnica di gara, incaricata della valutazione tecnico-funzionale e clinica dell'offerta, attribuirà il punteggio secondo i criteri di seguito riportati:

OGGETTO DELLA VALUTAZIONE	METODO DI DETERMINAZIONE DEL PUNTEGGIO	PUNTEGGIO MASSIMO QUALITA'
REQUISITI TECNICO- FUNZIONALI E CLINICI	Punteggio attribuito con criteri di proporzionalità per le singole voci e criteri aritmetici per l'ottenimento del punteggio complessivo. Le voci da valutare sono quelle presenti nella successiva tabelle A1).	LETTO: 45
		ACCESSORI/COMPONENTI: 8
GARANZIA E ASSISTENZA TECNICA	Punteggio attribuito con criteri di proporzionalità per le singole voci e criteri aritmetici per l'ottenimento del punteggio complessivo. Le voci da valutare sono quelli presenti nella successiva tabella A2).	7
	TOTALE VALUTAZIONE	60

Tabella A1) Punteggi massimi attribuibili per ogni singola voce delle caratteristiche tecniche del **LETTO e ACCESSORI/COMPONENTI**:

DESCRIZIONE	PUNTEGGIO MASSIMO
1. Struttura dotata di almeno tre snodi e quattro sezioni	Requisito minimo
2. Movimentazioni elettrificate delle sezioni (comandi elettrici sia sul letto che su pulsantiera per gestire i movimenti a distanza)	Requisito minimo
3. Possibilità di posizionare il paziente seduto. (Indicare tutte le angolazioni possibili)	5
4. I movimenti del letto devono essere tali da non permettere in alcun modo lo schiacciamento dell'addome del paziente	3
5. Possibilità di effettuare, elettricamente, sia movimenti singoli che simultanei	4
6. Altezza piano letto variabile elettricamente: indicare valore minimo e massimo raggiungibile (valori in cm)	3
7. Testiera, pediera e sponde laterali rimovibili	Requisito minimo
8. Sponde laterali a scomparsa. (Possibilità di abbassare o inclinare le sponde laterali senza staccarle dal letto)	3
9. Possibilità di ottenere la posizione di emergenza in maniera rapida (CPR, Trendelenburg) anche in assenza di alimentazione	Requisito minimo
10. Carico di lavoro sicuro del letto non inferiore a 180 kg: indicare il valore massimo in kg.	4
11. Larghezza minima letto non inferiore a 90 cm: indicare il valore in cm	3
12. Lunghezza minima letto non inferiore a 190 cm: indicare l'eventuale possibilità di allungamento	3
13. Movimento Trendelenburg/AntiTrendelenburg elettrico e non inferiore a 15°/15°	4
14. Semplicità di movimentazione su ruote e sistema frenante	3
15. Facilità di accesso a tutte le parti del letto per una corretta manutenzione e pulizia	3
16. Alloggiamenti per le aste portaflebo sia nel lato testa che nel lato piede	Requisito minimo
17. Presenza di indicatori (goniometri) per la rilevazione delle varie inclinazioni	Requisito minimo

18. Batteria integrata per permettere movimenti anche durante il trasporto	Requisito minimo
19. Indicare tutti gli indicatori e gli allarmi presenti	3
20. Indicare ulteriori funzioni disponibili o particolari peculiarità migliorative	4
ACCESSORI/COMPONENTI	
1. N° 1 Asta portaflebo	Requisito minimo
2. N° 1 Asta sollevamalato con triangolo a cinghia (o sistema equivalente)	Requisito minimo
3. N° 1 Pulsantiera a filo (o sistema equivalente) per effettuare tutti i movimenti elettrici a distanza.	Requisito minimo
4. N°1 Materasso antidecubito: descrivere le caratteristiche	3
5. Indicare tutti gli accessori / componenti che si possono integrare al letto in oggetto	5

Tabella A2) Punteggi massimi attribuibili per ogni singola voce della **GARANZIA ED ASSISTENZA TECNICA:**

DESCRIZIONE	PUNTEGGIO MASSIMO
1. <i>Garanzia</i> non inferiore a 2 (due) anni	Requisito minimo
2. <i>Tempo max di risoluzione del problema</i> (ripristino apparecchiatura o disponibilità di un muletto): 16 ore lavorative dalla chiamata (durante il periodo di garanzia per ogni giorno solare di ritardo verrà applicata una penale pari al 1% del costo di acquisto) Il punteggio verrà attribuito, con criteri aritmetici di proporzionalità. (Il punteggio massimo sarà assegnato alla ditta che garantisce il minor tempo di risoluzione del problema).	4
3. Almeno numero una manutenzione preventiva in un anno (specificare il numero di manutenzioni preventive annue previste dal costruttore) N.B. Durante il periodo di garanzia tali interventi si considerano inclusi nella stessa. Il punteggio verrà attribuito, con criteri aritmetici di proporzionalità. (Il punteggio massimo sarà assegnato alla ditta che effettuerà il maggior numero di manutenzioni preventive/annue).	3

La commissione Tecnica di gara attribuirà, per ognuna delle “voci” elencate nelle precedenti tabelle A1) e A2), un punteggio compreso tra 0 (zero) ed il massimo indicato, arrotondando al secondo decimale eventuali punteggi frazionari.

Il punteggio totale per ogni “Oggetto della Valutazione” sarà ricavato dalla somma dei punteggi attribuiti ad ogni singola voce, per un valore massimo pari al valore indicato in tabella.

Il valore del punteggio totale della Valutazione tecnico-funzionale, clinica e assistenza tecnica sarà ricavato dalla somma dei punteggi attribuiti per ogni “Oggetto della Valutazione”, per un valore massimo pari a **60,00 punti**.

In caso di valutazioni difformi tra i componenti della Commissione, il punteggio da attribuire ad ogni oggetto della valutazione sarà rappresentato dalla media aritmetica dei punteggi attribuiti dai singoli componenti.

In caso di carenza di alcuni elementi necessari per la valutazione complessiva dell'offerta, la Commissione potrà chiedere chiarimenti alle Ditte interessate. I chiarimenti forniti verranno valutati sulla base di apprezzamenti di discrezionalità tecnica ai fini dell'attribuzione del punteggio.

Le valutazioni tecniche e l'attribuzione del relativo punteggio da parte della Commissione Tecnica di gara sono insindacabili.

Le offerte tecniche per le quali la Commissione Tecnica di gara abbia attribuito un punteggio complessivo inferiore a **40,00 (quaranta)** punti saranno escluse dalla gara e non saranno prese in esame nelle successive fasi della valutazione.

All'offerta che ha ottenuto il miglior punteggio complessivo per caratteristiche tecnico-funzionali e cliniche sarà attribuito l'intero punteggio disponibile per la qualità (punti 60,00) mentre alle altre saranno attribuiti punteggi linearmente decrescenti secondo la formula seguente:

$$Aq = Bq/Cq*60 \quad \text{Dove:}$$

Aq = Punteggio di qualità da assegnare all'offerta valutata

Bq = Punteggio complessivo di qualità dell'offerta valutata

Cq = Punteggio complessivo di qualità dell'offerta più vantaggiosa

Eventuali punteggi frazionari saranno arrotondati alla seconda cifra decimale.

B) VALUTAZIONE ECONOMICA

La valutazione sarà effettuata con riferimento al costo globale omnicomprensivo della fornitura.

All'offerta che ha presentato il prezzo più basso sarà attribuito l'intero punteggio disponibile per il prezzo (**punti 40,00**) mentre alle altre saranno attribuiti punteggi linearmente decrescenti secondo la formula seguente:

$$Ap = Cp/Bp*40$$

Ap = Punteggio da assegnare all'offerta valutata

Bp = Prezzo dell'offerta valutata

Cp = Prezzo dell'offerta più bassa

Eventuali punteggi frazionari saranno arrotondati alla seconda cifra decimale

C) VALUTAZIONE FINALE

La fornitura sarà aggiudicata alla Ditta che avrà ottenuto il punteggio più alto. Derivante dalla somma aritmetica del punteggio di qualità Aq e del punteggio per l'offerta economica Ap.

In caso di parità prevarrà l'offerta con il punteggio di qualità superiore.