

Spett.le _____

OGGETTO: Trattativa privata per il noleggio di n. 3 Sistemi per la riabilitazione passiva dell'arto inferiore, di n. 3 Sistemi di riabilitazione arti inferiori e superiori (Cicloergometro elettrico) e di n. 1 Lettino per statica: Rettifica Lotto 1.

Con riferimento alla nostra lettera d'invito prot. n. 307/D.A. del 12/07/2006, si precisa che il lotto 1: "N. 3 Sistemi elettrici per la riabilitazione passiva dell'arto inferiore" viene così suddiviso e rettificato:

LOTTO 1a) N. 1 Sistema per la riabilitazione passiva dell'arto inferiore, inclusa mobilizzazione della caviglia

1) CARATTERISTICHE TECNICO-CLINICHE E FUNZIONALI OGGETTO DELLA VALUTAZIONE

- Ampiezza minima movimento ginocchio: (- 5° ÷ +110°)
- Ampiezza minima movimento caviglia: (-30° ÷ +20°)
- Ampiezza minima movimento anca (arto medio): (10° ÷ +70°)
- Mobilizzazione ginocchio e anca
- Mobilizzazione caviglia
- Controllo velocità estensione/flessione
- Controllo tempo di lavoro
- Incremento automatico estensione e flessione
- Cicli di riscaldamento
- Range di velocità minimo: (1°/sec ÷ 4°/sec)
- Range minimo di Forza: (0 ÷ 35 Kg)
- Sistema (es.: pulsante) di arresto di emergenza
- Indicare tutti gli accessori integrabili

N.B. Per ognuna delle caratteristiche tecniche di cui sopra, si chiede di rispondere in modo chiaro e conciso, seguendo lo stesso ordine.

2) ASSISTENZA TECNICA (allegare le informazioni sotto richieste nella busta contenente l'offerta tecnica)

Tempo di intervento max entro le 8 ore lavorative dalla segnalazione del guasto e/o malfunzionamento.

Tempo di risoluzione del problema (ripristino apparecchiatura o disponibilità di un muletto) non superiore alle 24 ore lavorative dalla chiamata (durante il periodo di garanzia o noleggio per ogni giorno solare di ritardo verrà applicata una penale pari al 1% del canone annuo).

Specificare il numero di manutenzioni preventive annue previste dal costruttore. (Durante il periodo di garanzia o noleggio tali interventi si considerano incluse nella stessa).

Tempo di consegna ed installazione.

N.B. Per ognuna delle caratteristiche tecniche di cui sopra, si chiede di rispondere in modo chiaro e conciso, seguendo lo stesso ordine.

LOTTO 1b) N. 2 Sistemi per la riabilitazione passiva dell'arto inferiore, senza mobilizzazione della caviglia

1) CARATTERISTICHE TECNICO-CLINICHE E FUNZIONALI OGGETTO DELLA VALUTAZIONE

- Ampiezza minima movimento ginocchio: (- 5° ÷ +110°)
- Ampiezza minima movimento anca (arto medio): (10° ÷ +70°)
- Mobilizzazione ginocchio e anca
- Controllo velocità estensione/flessione
- Controllo tempo di lavoro
- Incremento automatico estensione e flessione
- Cicli di riscaldamento
- Range di velocità minimo: (1°/sec ÷ 4°/sec)
- Range minimo di Forza: (0 ÷ 35 Kg)
- Sistema (es.: pulsante) di arresto di emergenza
- Indicare tutti gli accessori integrabili

N.B. Per ognuna delle caratteristiche tecniche di cui sopra, si chiede di rispondere in modo chiaro e conciso, seguendo lo stesso ordine.

2) ASSISTENZA TECNICA (allegare le informazioni sotto richieste nella busta contenente l'offerta tecnica)

Tempo di intervento max entro le 8 ore lavorative dalla segnalazione del guasto e/o malfunzionamento.

Tempo di risoluzione del problema (ripristino apparecchiatura o disponibilità di un muletto) non superiore alle 24 ore lavorative dalla chiamata (durante il periodo di garanzia o noleggio per ogni giorno solare di ritardo verrà applicata una penale pari al 1% del canone annuo).

Specificare il numero di manutenzioni preventive annue previste dal costruttore. (Durante il periodo di garanzia o noleggio tali interventi si considerano incluse nella stessa).

Tempo di consegna ed installazione.

N.B. Per ognuna delle caratteristiche tecniche di cui sopra, si chiede di rispondere in modo chiaro e conciso, seguendo lo stesso ordine.

Tutti i sistemi, oltre a possedere la marcatura CE, devono assolutamente rispondere in ogni loro parte alle normative vigenti in termini di sicurezza e funzionalità per uso medicale (allegare certificazioni).

Si invita Codesta Ditta, pertanto, a riformulare l'offerta, in funzione della suddetta rettifica, entro il termine perentorio delle ore 13,00, del giorno **21/08/2006, per il lotto 1a) e per il lotto 1b)**, comprensiva di ogni e qualsiasi spesa, esclusa la sola IVA della quale deve essere precisata l'aliquota vigente, in apposito plico chiuso, sigillato contro eventuali manomissioni, e siglato sui lembi di chiusura e deve riportare all'esterno la dicitura **"Offerta Sistemi di riabilitazione: lotto 1a) e lotto 1b)";** tale plico dovrà contenere due buste separate:

Busta "A" recante all'esterno la dicitura "Offerta economica":

in tale offerta dovrà essere indicato esclusivamente:

- il costo di locazione mensile dell'attrezzatura, sia per il lotto 1a) che per il lotto 1b), (comprensivo del costo di assistenza tecnica) e il prezzo dell'eventuale riscatto dei beni al termine del rapporto di noleggio;
- il numero del codice fiscale o partita I.V.A. ed il domicilio fiscale di codesta Ditta, nonché l'Ufficio Distrettuale delle II.DD. competente per territorio.

Dovrà altresì essere incluso nella predetta busta il listino prezzi corrente dell'attrezzatura e di ciascuna parte componente o stralcio del medesimo.

Busta "B" recante all'esterno la dicitura "Documentazione Tecnica" nella quale dovranno essere inseriti i seguenti documenti:

- dichiarazione di conformità, del sistema offerto, alle normative vigenti;
- relazione illustrativa delle caratteristiche tecniche delle attrezzature offerte, e relativi depliant illustrativi che devono riportare, **in maniera chiaramente individuabile**, il modello offerto e la Casa Produttrice, nonché il timbro della Ditta concorrente, se diversa dal Produttore;
- copia dell'offerta economica senza i prezzi offerti.
- referenze, in particolare il numero di strutture sanitarie siciliane, pubbliche e private, in cui sono installate apparecchiature analoghe a quelle offerte.

La gara sarà aggiudicata alla Ditta che avrà presentato l'offerta più vantaggiosa per singolo sub-lotto (1a) e 1b)).

I criteri di aggiudicazione sono dettagliatamente descritti nell'allegato "A" alla precedente lettera d'invito.

Restano ferme tutte le condizioni e richieste formulate nella precedente lettera d'invito prot. n. 307/D.A. del 12/07/2006.

Per ulteriori chiarimenti resta a Vs. disposizione l'Ufficio Acquisti di questa Fondazione (tel. 0921/925808).

IL DIRIGENTE AMMINISTRATIVO
D.ssa Leonarda Sausa