

Spett.le Ditta _____

OGGETTO: Acquisizione in "Service" di n.12 pompe per la gestione dell'analgia post-operatoria e Set deflussori dedicati.

Questa Fondazione, senza alcun impegno definitivo, deve procedere all'acquisizione in "Service" di n.12 pompe per la gestione dell'analgia post-operatoria, e relativi deflussori dedicati, per un fabbisogno presunto fino al 30/06/2008.

Relativamente ai deflussori si richiede una fornitura per somministrazione.

Le caratteristiche ed i requisiti delle pompe sono di seguito riportati:

1) Requisiti tecnico-clinici:

- Dedicata alla gestione dell'analgia
- Dimensioni della pompa: le più piccole possibili
- Alimentazione: rete e batteria (Specificare la durata della batteria e il suo tempo di ricarica)
- Recipienti: Siringhe e Fleboclisi
- Impostazioni: Le impostazioni della pompa devono essere effettuate solo ed esclusivamente dall'operatore e devono essere bloccate per il paziente
- Autorizzazioni: PCA, PCEA e lock out
- numero di boli predeterminato
- Allarmi sia visivi che acustici: di flusso e pressione (elencare eventuali ulteriori sistemi di allarmi)
- Possibilità di riesaminare le richieste di infusione operate dal paziente (sia quelle soddisfatte che quelle non soddisfatte)
- Ampio range di velocità di infusione, a partire da 1 ml/h (dichiarare il range di infusione)
- Dichiarare l'accuratezza di infusione della pompa
- Possibilità di utilizzo: Infusione Endovenosa, Nutrizione Enterale, Peridurale

N.B. Per ognuna delle caratteristiche tecniche di cui sopra, si chiede di rispondere in modo chiaro e conciso, seguendo lo stesso ordine.

2) ASSISTENZA TECNICA (allegare le informazioni sotto richieste nella busta contenente l'offerta tecnica)

- Tempo di intervento max entro le 8 ore lavorative dalla segnalazione del guasto e/o malfunzionamento

- ❑ Tempo di risoluzione del problema (ripristino apparecchiatura o disponibilità di un muletto) non superiore alle 24 ore lavorative dalla chiamata (durante il periodo di Garanzia e/o Service per ogni giorno solare di ritardo verrà applicata una penale pari al 1% del valore complessivo del Service
- ❑ Specificare il numero di manutenzioni preventive annue previste dal costruttore. (Durante il periodo di Garanzia e/o Service tali interventi si considerano incluse nella stessa)
- ❑ Durante il periodo di Garanzia e/o Service la ditta dovrà effettuare almeno una verifica di sicurezza elettrica (CEI 62-5) e una verifica secondo norma particolare (CEI 62-99)
- ❑ Dichiarare il tempo di consegna ed installazione

N.B. Per ognuna delle caratteristiche tecniche di cui sopra, si chiede di rispondere in modo chiaro e conciso, seguendo lo stesso ordine.

N.B. Tutti i sistemi, oltre a possedere la marcatura CE, devono assolutamente rispondere in ogni loro parte alle normative vigenti in termini di sicurezza e funzionalità per uso medicale (allegare certificazioni)

Inoltre si richiede:

- ✓ Manuale utente in italiano
- ✓ Interfaccia utente: in italiano, intuitiva e semplice
- ✓ Listino prezzi ufficiale (depositato alla camera di commercio) di tutti gli eventuali consumabili (indicare la percentuale di sconto praticata alla nostra Fondazione)
- ✓ Listino prezzi ufficiale relativo all'assistenza tecnica e spese di viaggio (indicare la percentuale di sconto praticata alla nostra Fondazione)
- ✓ Proposta tecnico-economica di contratto di assistenza tecnica full-risk
- ✓ Garantire, senza alcun ulteriore aggravio di spesa, l'aggiornamento tecnologico a fronte di modifiche migliorative hardware e software che dovessero avvenire successivamente al collaudo durante tutta la durata del periodo di garanzia e/o Service
- ✓ Numero e qualifica dei tecnici di zona dedicati all'assistenza tecnica della macchina con indicata la sede operativa

Al fine di procedere ad una corretta valutazione della strumentazione, questa Fondazione si riserva la possibilità di visionare, con dimostrazione pratica, le pompe offerti in gara.

Per i deflussori viene richiesta la campionatura che dovrà essere contenuta o allegata all'offerta tecnica.

Premesso quanto sopra, si invita codesta Ditta a far pervenire, a questa Fondazione, entro il termine perentorio delle ore 13,00, del giorno **19/10/2006** la migliore offerta che è disposta a praticare, comprensiva di ogni e qualsiasi spesa, esclusa la sola IVA della quale deve essere precisata l'aliquota vigente, in apposito plico chiuso, sigillato contro eventuali manomissioni, e siglato sui lembi di chiusura e deve riportare all'esterno la dicitura "Offerta Service pompe e deflussori dedicati per la gestione dell'analgia post-operatoria".



La presente lettera d'invito non impegna in alcun modo questa Fondazione la quale si riserva la facoltà di procedere o meno all'acquisto di che trattasi senza che codesta Ditta abbia nulla a reclamare o pretendere.

La presente lettera d'invito è affissa all'Albo Pretorio del Comune di Cefalù, all'Albo della Fondazione, C.da Pietrapollastra –Pisciotto – Cefalù e pubblicata sul sito internet della Fondazione www.hsrgiglio.it sezione “Bandi e appalti”.

Il Foro competente, in caso di contenzioso, è quello di Termini Imerese.

Per ulteriori chiarimenti resta a Vs. disposizione l'Ufficio Acquisti di questa Fondazione (tel. 0921925808).

Allegati:

A) Criteri di aggiudicazione.

Il Dirigente Amministrativo
D.ssa Leonarda Sausa

Pag.4/4

