

Prot. N. 760/D.A.

Cefalù, li 10/11/2006

Spett.le _____

OGGETTO: Trattativa privata per acquisto di n. 1 Lampada Scialitica, n. 1 Lettino da Visita e n. 1 Monitor Fetale. Lettera d'invito.

Questa Fondazione, senza alcun impegno definitivo, deve procedere all'acquisto di **n.1 Lampada Scialitica e n. 1 Lettino da visita** per l'U.O. di **Fetal Doppler** (S. 07023740.1537(-)-(-)-0.14657S0.290.1) di **Fetal Doppler** (S. 07023740.1537(-)-(-)-0.14657S0.290.1)

Per ognuno dei punti sopraelencati si richiede di indicare, in modo chiaro e conciso, la relativa proposta e la presenza o meno delle caratteristiche richieste.

Si allega, a titolo esemplificativo, il modello da utilizzare per la presentazione dell'offerta tecnica (**allegato A**).

L'apparecchiatura offerta deve possedere la marcatura CE, in particolare deve assolutamente rispondere in ogni sua parte alle normative vigenti in termini di sicurezza e funzionalità per uso medico (allegare certificazioni).

Al fine di procedere ad una corretta valutazione della strumentazione, questa Fondazione si riserva la possibilità di visionare, con dimostrazione pratica, i prodotti offerti in gara.

Tale lotto sarà aggiudicato alla ditta che avrà offerto il prezzo più basso, tra le offerte conformi alle richieste, ed anche nel caso in cui vi sia un'unica offerta conforme alla richiesta.

Dovranno, comunque, essere indicati i singoli prezzi unitari e l'esatta percentuale di sconto praticata.

LOTTO N. 2: N. 1 LETTINO DA VISITA

CARATTERISTICHE TECNICHE MINIME

1. Basamento fisso (senza ruote) capace di garantire una adeguata stabilità nelle condizioni peggiori del carico di lavoro
2. Struttura ad uno snodo e due sezioni
3. Altezza letto variabile elettricamente
4. Altezza massima letto superiore o uguale a 80 cm
5. Altezza minima letto inferiore o uguale a 65 cm
6. Sezione dello schienale ad inclinazione variabile
7. Carico massimo sollevabile superiore o uguale a 120 kg
8. Larghezza sezioni superiore o uguale a 50 cm
9. Lunghezza totale letto superiore o uguale a 170 cm
10. Dispositivi antischiacciamento

GARANZIA E ASSISTENZA TECNICA

11. Tempo max di risoluzione del problema non superiore a 16 ore lavorative dalla segnalazione del guasto e/o malfunzionamento (indicare il tempo max di risoluzione)
12. Almeno numero una manutenzione preventiva in un anno (specificare il numero di manutenzioni preventive annue previste dal costruttore) N.B. Durante il periodo di garanzia tali interventi si considerano inclusi nella stessa
13. Manuale utente in italiano (in formato cartaceo ed eventualmente in formato elettronico)
14. Garanzia non inferiore a due anni (allegare condizioni di garanzia)

Per ognuno dei punti sopraelencati si richiede di indicare, in modo chiaro e conciso, la relativa proposta e la presenza o meno delle caratteristiche richieste.

Si allega, a titolo esemplificativo, il modello da utilizzare per la presentazione dell'offerta tecnica (**allegato B**).

L'apparecchiatura offerta deve possedere la marcatura CE, in particolare deve assolutamente rispondere in ogni sua parte alle normative vigenti in termini di sicurezza e funzionalità per uso medicale (allegare certificazioni).

Al fine di procedere ad una corretta valutazione della strumentazione, questa Fondazione si riserva la possibilità di visionare, con dimostrazione pratica, i prodotti offerti in gara.

Tale lotto sarà aggiudicato alla ditta che avrà offerto il prezzo più basso, tra le offerte conformi alle richieste, ed anche nel caso in cui vi sia un'unica offerta conforme alla richiesta.

Dovranno, comunque, essere indicati i singoli prezzi unitari e l'esatta percentuale di sconto praticata.

LOTTO N. 3: N. 1 MONITOR FETALE

A) CARATTERISTICHE TECNICHE, FUNZIONALI E CLINICHE

1. Sistema ad ultrasuoni con Doppler pulsato per la rilevazione automatica dei movimenti fetali. Specificare i seguenti parametri:
 - Frequenza di funzionamento degli ultrasuoni
 - Intensità degli ultrasuoni
 - Campo di rilevamento del battito cardiaco fetale (bpm)
2. Sistema di monitoraggio delle contrazioni (descrivere le caratteristiche)
3. Trasduttori compatti e leggeri (specificare peso e dimensioni), pratici e facili da pulire, protetti dall'infiltrazione di liquidi con riconoscimento automatico degli stessi
4. Riconoscimento della coincidenza dei battiti cardiaci, in modo da permettere una rilevazione separata delle frequenze cardiache gemellari e/o materna
5. Possibilità di monitorare la SpO2 materna
6. Archiviazione e gestione dei parametri vitali, almeno fino a otto ore, possibilmente con presentazione grafica e numerica dei dati (Descrivere il sistema)
7. Possibilità di gestione dell'anagrafica paziente
8. Display o monitor a luminosità regolabile
9. Stampante, possibilmente termica, ad alta velocità di stampa (indicare la velocità, ppm)
10. Possibilità di impostazione degli allarmi, sia visivi che acustici, dei principali parametri fisiologici (elencare tutti gli allarmi)
11. Specificare se il sistema è predisposto per un eventuale collegamento in rete
12. Il sistema deve essere completo di tutti gli accessori e componenti necessari all'utilizzo (elencare tali accessori e componenti)
13. Sistema compatto e leggero (specificare peso e dimensioni)

B) GARANZIA E ASSISTENZA TECNICA

1. Garanzia non inferiore a 2 (due) anni
2. Tempo di intervento max entro le 8 ore lavorative dalla segnalazione del guasto e/o malfunzionamento
3. Tempo di risoluzione del problema (ripristino apparecchiatura o disponibilità di un muletto) non superiore alle 24 ore lavorative dalla chiamata (durante il periodo di garanzia per ogni giorno solare di ritardo verrà applicata una penale pari al 1% del costo di acquisto)
4. Almeno numero una manutenzione preventiva in un anno (specificare il numero di manutenzioni preventive annue previste dal costruttore) N.B. Durante il periodo di garanzia tali interventi si considerano inclusi nella stessa.

Per ognuno dei punti sopraelencati si richiede di indicare, in modo chiaro e conciso, la relativa proposta e la presenza o meno delle caratteristiche richieste.

Si allega, a titolo esemplificativo, il modello da utilizzare per la presentazione dell'offerta tecnica (**Allegato C**).

Inoltre si richiede:

- ✓ Manuale utente in italiano
- ✓ Interfaccia utente: in italiano, intuitiva e semplice
- ✓ Listino prezzi ufficiale (depositato alla camera di commercio) di tutti gli eventuali consumabili (indicare la percentuale di sconto praticata alla nostra Fondazione)
- ✓ Listino prezzi ufficiale relativo all'assistenza tecnica e spese di viaggio (indicare la percentuale di sconto praticata alla nostra Fondazione)
- ✓ Proposta tecnico-economica di contratto di assistenza tecnica full-risk
- ✓ Garantire, senza alcun ulteriore aggravio di spesa, l'aggiornamento tecnologico a fronte di modifiche migliorative hardware e software che dovessero avvenire successivamente al collaudo durante tutta la durata del periodo di garanzia e/o di Service
- ✓ Numero e qualifica dei tecnici di zona dedicati all'assistenza tecnica della macchina con indicata la sede operativa

L'apparecchiatura offerta deve possedere la marcatura CE, in particolare deve assolutamente rispondere in ogni sua parte alle normative vigenti in termini di sicurezza e funzionalità per uso medicale (allegare certificazioni).

Al fine di procedere ad una corretta valutazione della strumentazione, questa Fondazione si riserva la possibilità di visionare, con dimostrazione pratica, i prodotti offerti in gara.

Tale lotto sarà aggiudicato con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa. I criteri di aggiudicazione sono dettagliatamente descritti nell' **allegato "D"** al presente invito.

Premesso quanto sopra, si invita Codesta Ditta a far pervenire, a questa Fondazione, entro il termine delle ore 13,00, del giorno **24 Novembre 2006** la migliore offerta che è disposta a praticare, **per ogni singolo lotto**, comprensiva di ogni e qualsiasi spesa, esclusa la sola IVA della quale deve essere precisata l'aliquota vigente, in apposito plico chiuso, sigillato contro eventuali manomissioni, e siglato sui lembi di chiusura e deve riportare all'esterno la dicitura "Offerta Lampada Scialitica, Lettino da visita e Monitor Fetale. Lotti....."; tale plico dovrà contenere due buste separate:

Busta "A" recante all'esterno la dicitura "Offerta economica":

in tale offerta dovrà essere indicato esclusivamente:

- il prezzo d'offerta **per singolo lotto** di fornitura richiesta ed il prezzo di ciascuna parte componente la fornitura;

- il numero del codice fiscale o partita I.V.A. ed il domicilio fiscale di codesta Ditta, nonché l'Ufficio dell' Agenzia delle Entrate competente per territorio.

Dovrà altresì essere incluso nella predetta busta il listino prezzi corrente o stralcio del medesimo;

Busta “B” recante all’esterno la dicitura “Documentazione Tecnica” nella quale dovranno essere inseriti i seguenti documenti:

- Schede di presentazione dell’offerta tecnica, debitamente compilate per singolo lotto, redatte secondo i modelli esemplificativi allegati (A, B, C);
- certificazione CE delle apparecchiature offerte, in originale o in copia autenticata nelle forme previste dalla normativa vigente in merito;
- relazione illustrativa delle caratteristiche tecniche delle attrezzature offerte, e relativi depliant illustrativi che devono riportare, **in maniera chiaramente individuabile**, il modello offerto e la Casa Produttrice, nonché il timbro della Ditta concorrente, se diversa dal Produttore;
- copia dell’offerta economica senza i prezzi offerti.
- referenze, in particolare il numero e la dislocazione di altri sistemi distribuiti nella regione Sicilia ed eventualmente in ambito nazionale;

La consegna dovrà essere effettuata entro 20 gg data ricevimento ordine.

Il ritardo nella consegna comporta, per ogni decade di ritardo, l’applicazione di una penale dello 0,5% del prezzo imponibile dell’apparecchiatura non consegnata.

Per il lotto 3 la valutazione tecnico, funzionale e clinica sarà effettuata da una Commissione interna. Della valutazione tecnica sarà redatto apposito verbale.

La ditta dovrà presentare una sola proposta.

Il pagamento sarà effettuato a 90 gg. fine mese data fattura, ed a seguito di collaudo positivo delle apparecchiature fornite.

La presente lettera d’invito non impegna in alcun modo questa Fondazione la quale si riserva la facoltà di procedere o meno all’acquisto di che trattasi senza che codesta Ditta abbia nulla a reclamare o pretendere.

La presente lettera d’invito è affissa all’Albo Pretorio del Comune di Cefalù, all’Albo della Fondazione, C.da Pietrapollastra –Pisciotta – Cefalù e pubblicata sul sito internet della Fondazione www.hsrgiglio.it sezione “Bandi e appalti”.

Il Foro competente, in caso di contenzioso, è quello di Termini Imerese.

Per ulteriori chiarimenti resta a Vs. disposizione l’Ufficio Acquisti di questa Fondazione (tel. 0921/925808).

Allegati:

- A) Scheda di presentazione offerta tecnica per lampada scialitica (lotto 1);
- B) Scheda di presentazione offerta tecnica per lettino da visita (lotto 2);
- C) Scheda di presentazione offerta tecnica per monitor fetale (lotto 3);
- D) Criteri di aggiudicazione lotto 3.

IL DIRIGENTE AMMINISTRATIVO
D.ssa Leonarda Sausa