



Fondazione Istituto San Raffaele
Ospedale G. Giglio di Cefalù

BLOCCO OPERATORIO

Fondazione Istituto G. Giglio di Cefalù
Resp. Servizio di Anestesia e Rianimazione
Dott. Giovanni Malta
Specialista in Anestesiologia e Rianimazione
Cod. ENPAM 300054232U
Sigla Prov. PA - Num. iscr. 7816

Spett.le Ufficio Acquisti
RUP Dott.ssa Antonella La Barbera
Fondazione San Raffaele G. Giglio di Cefalù

Spett.le Responsabile Servizio di Farmacia
Dott. Carmelo Digiorgio
Sede

Oggetto: Valutazione di conformità **Dispositivi Anestesia e Rianimazione RDO.2193325**

Lotto 1	Conforme	Non conforme (con motivazione)
GIMAS	Conforme	
B. Braun	Conforme	
Lotto 2		
MTH	Non Conforme	Mancanza di un sistema di fissaggio del filtro alla cute (il cerotto fornito non è considerato sistema idoneo)
ALEA	Non Conforme	Mancanza di un sistema di fissaggio del filtro alla cute (il cerotto fornito non è considerato sistema idoneo)
B. BRAUN	Conforme	Conforme
Lotto 3		
GIMAS	Non Conforme	Mancanza di un sistema di fissaggio del filtro alla cute (il cerotto fornito non è considerato sistema idoneo) - Mancanza di doppio confezionamento sterile.
MTH	Non Conforme	Manca il foro sull'asse dell'ago di tuoy – mancanza di sistema di fissaggio dell'ago spinale
MEDICAL SMITH	Non Conforme	Mancanza di un sistema di fissaggio del filtro alla cute (il cerotto fornito non è considerato sistema idoneo) - Mancanza di doppio confezionamento sterile.
B. BRAUN	Conforme	



Fondazione Istituto San Raffaele
Ospedale G. Giglio di Cefalù

Fondazione Istituto G. Giglio di Cefalù
Resp. Servizio di Anestesia e Rianimazione
Dott. Giovanni Malta
Specialista in Anestesiologia e Rianimazione
Cod. ENPAM 300054232U
Sigla Prov. PA - Num. iscr. 7816

Lotto 4		
GIMAS	Conforme	
B.BRAUN	Conforme	
ALEA	Non Conforme	Misure dell'ago non corrispondente (18G*90mm) a quella richiesta in capitolato (18G*80mm)
Lotto 5		
ANGIO MEDICA	Conforme	
Lotto 6		
deserto		
Lotto 7		
B.BRAUN	Non Conforme	Il set presentato non si interfaccia con i monitor indicati in capitolato
CODAN	Conforme	
Lotto 8		
Gimas	Non Conforme	Indicatore di pressione non idoneo, richiesto manometro.
Lotto 9		
SEDA	Conforme	
Lotto 10		
SEDA	Conforme	
Lotto 11		
SMITH MEDICAL	Conforme	
DEAS	Non Conforme	Manca introduttore della cannula
Lotto 12		
SMITH MEDICAL	Conforme	
Lotto 13		
MEDTRONIC	Conforme	



Fondazione Istituto San Raffaele
Ospedale G. Giglio di Cefalù

CAIR ITALIA	Conforme	
Lotto 14		
GIMAS	Conforme	
CARDINAL	Conforme	
Lotto 15		
B.BRAUN	Conforme	
DELTA MED	Conforme	
Lotto 16		
B.BRAUN	Conforme	
Lotto 17		
B.BRAUN	Conforme per l'accesso radiale e brachiale	
	Non conforme per l'accesso femorale	

Cordialmente

Cefalù li
20/02/2019

Il Responsabile
di Anestesia e Rianimazione
Blocco operatorio
Dott. Giovanni Malta

Fondazione Istituto G. Giglio di Cefalù
Resp. Servizio di Anestesia e Rianimazione
Dott. Giovanni Malta
Specialista in Anestesiologia e Rianimazione
Cod. ENPAM 300054232U
Sigla Prov. PA - Num. iscr. 7816

Fondazione Istituto G. Giglio di Cefalù
Servizio di Farmacia
Responsabile F.F. del Servizio di Farmacia

Dott. Carmelo Di Giorgio

20-02-2019