



FONDAZIONE ISTITUTO G. GIGLIO DI CEFALÙ

VERBALE DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE PER LA GARA APERTA PER LA FORNITURA IN NOLEGGIO DI “APPARECCHIATURA ECOGRAFICA CARDIOLOGICA”, DI FASCIA ALTA, INCLUSO DI SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA FULL RISK, PER UN PERIODO DI 84 MESI, DA UTILIZZARE PRESSO LA CARDIOLOGIA DELLA FONDAZIONE ISTITUTO G. GIGLIO DI CEFALÙ. NUMERO GARA 7391839

VERBALE N° 3 SEDUTA RISERVATA

L'anno duemiladiciannove, il giorno otto del mese di Luglio alle ore 12:30 nei locali della Sala Conferenze S. Gabriele dell'Istituto G. Giglio, si è riunita, in seduta pubblica, la Commissione composta come da deliberazione Prot n° UP2019/4737U del 19.06.2019 da:

Dr. Tommaso Cipolla Presidente
Ing. Pietro Sturniolo Componente (Segretario)
Avv. Paolo Giovanni Cavarra Componente

La Commissione comincia la valutazione delle caratteristiche minime dell'apparecchiatura offerta delle 3 ditte concorrenti alla procedura di gara.

Si inizia con la valutazione delle caratteristiche minime dell'apparecchio offerto dalla ditta SIPAR srl. Da un controllo delle caratteristiche tecniche minime relativamente all'apparecchiatura, la Commissione ha identificato n. 3 punti di non conformità rispetto a quanto richiesto dal CSA e in particolare per i punti 21, 41 e 44.

Per il punto 21 viene garantita la possibilità di stampa solo su *stampanti autorizzate dal Produttore Canon M.S Corporation*, anziché senza limitazione; quanto al punto 41, viene offerta una sonda transesofagea con un range di frequenza pari a 2-6 MHz anziché 3-7 MHz come richiesto dal CSA, così come per il punto 44 in cui viene offerta una sonda pediatrica settoriale con range di frequenza pari a 3-6 MHz anziché 3-7 MHz.

Si passa all'esame delle caratteristiche dell'apparecchiatura offerta dalla ditta G.Medical srl, dal quale risulta ampia conformità di tutti i punti relativi alle caratteristiche minime richieste.

Infine si procede all'esame delle caratteristiche minime relative all'apparecchiatura offerta dalla ditta Philips SpA, dal quale si evidenzia la non conformità relativamente al punto 3 delle caratteristiche minime dell'offerta di assistenza tecnica. Difatti la ditta fornirebbe la riparazione e i costi ad essa imputabili con *esclusione dei casi di eventi accidentali, urto, dolo e incuria*, anziché *nessun caso escluso* come richiesto nel CSA.

Terminata la fase di valutazione, il Presidente, alla luce di quanto riscontrato da mandato alla stazione appaltante di comunicare l'esclusione alle ditte SIPAR srl e Philips SpA,

Il Presidente alle ore 14.20, dichiara chiusa la seduta e convoca la Commissione, in seduta riservata, in data da definire.

Del che è redatto il presente verbale costituito da n°1 pagina che letto viene sottoscritto.

Dr. Tommaso Cipolla Presidente

Ing. Pietro Sturniolo Componente

Avv. Paolo Giovanni Cavarra Componente






