



Prot. n. 15960

Cefalù, lì 14/10/2009

**Oggetto: Procedura aperta per l'appalto di prodotti per l'esecuzione di test emocoagulativi. Gara del 27/10/2009. Precisazioni.**

Con riferimento alla procedura in oggetto si precisa che lo strumento di back-up (art. 2 del Capitolato Tecnico di gara), da fornire in comodato d'uso gratuito per l'eventuale gestione del fermo-macchina dell'apparecchio principale, deve essere uguale allo strumento principale, al fine di evitare disservizi e/o rallentamenti dell'attività del Servizio utilizzatore.

Il Responsabile Unico del Procedimento  
Dott. Antonio Luca Salemi

Il Dirigente Servizi Generali ed Acquisti  
D.ssa Leonarda Sausa

Il Presidente del C.d.A.  
Dott. Stefano Cirillo