



FONDAZIONE ISTITUTO G. GIGLIO DI CEFALÙ

VERBALE DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE PER LA GARA APERTA PER LA FORNITURA IN NOLEGGIO DI “APPARECCHIATURA ECOGRAFICA CARDIOLOGICA”, DI FASCIA ALTA, INCLUSO DI SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA FULL RISK, PER UN PERIODO DI 84 MESI, DA UTILIZZARE PRESSO LA CARDIOLOGIA DELLA FONDAZIONE ISTITUTO G. GIGLIO DI CEFALÙ. NUMERO GARA 7391839

VERBALE N° 6 SEDUTA RISERVATA

L'anno duemiladiciannove, il giorno cinque del mese di Agosto alle ore 12:00 nei locali della Presidenza dell'Istituto G. Giglio, si è riunita, in seduta riservata, la Commissione composta come da deliberazione Prot n° UP2019/4737U del 19.06.2019 da:

Dr. Tommaso Cipolla Presidente
Ing. Pietro Sturniolo Componente (Segretario)
Avv. Paolo Giovanni Cavarra Componente

La Commissione, su convocazione del Presidente, si riunisce per rivalutare, in seduta riservata, il giudizio già espresso con verbale del 22 luglio 2019, che aveva comportato l'esclusione delle ditte Sipar srl e Philips SpA e ciò per le seguenti motivazioni:

- Per Sipar srl, la Commissione, dopo un'ulteriore e approfondita rivalutazione della nota presentata dalla ditta, tenuto conto delle consolidate esperienze dei Componenti della Commissione, rileva che la dichiarazione di Sipar srl in merito alla possibilità di utilizzare stampanti commerciali da parte dell'apparecchiatura APLIO i900 può essere considerata **conforme** ai requisiti del capitolato, contrariamente a quanto precedentemente ritenuto dalla Commissione nella scorsa seduta.

Infatti, premesso che qualunque dispositivo esterno richiede la preventiva installazione di un driver di stampa, indipendentemente dal tipo e dalla marca di ecocardiografo (quindi lo stesso varrebbe per qualunque altra apparecchiatura), riconosce che l'eventuale installazione futura di un driver (per esempio in caso di stampante acquisita dalla Fondazione fra due o tre anni) dovrà essere effettuata, necessariamente, dai tecnici della stessa ditta (in questo caso Sipar srl, ma lo stesso varrebbe per qualunque altra ditta) che ha l'onere della garanzia e dell'assistenza “full risk”.

Pertanto, alla luce di quanto sopra, la ditta Sipar srl **viene riammessa** alle successive fasi di gara, in quanto la stessa permette a questa Fondazione l'utilizzo, senza oneri aggiuntivi e previa installazione dei necessari driver di stampa, di qualunque modello di stampante scelto dalla Fondazione.

-Per Philips SpA, la Commissione, dopo un'ulteriore e approfondita rivalutazione della nota di richiesta di annullamento dell'esclusione in autotutela, presentata dalla ditta a questa Fondazione, in applicazione del principio di massima concorrenza, nell'interesse di questa Stazione Appaltante e tenuto conto che a oggi, da parte di Philips SpA, non è opponibile a questa Fondazione alcuna limitazione all'assistenza tecnica minima richiesta nel capitolato tecnico prestazionale e descrittivo di cui all'articolo 6 dello stesso, viene **riammessa** alle successive fasi di gara.

Si ribadisce pertanto che, nel caso in cui dovesse risultare aggiudicataria della procedura di gara, la stessa si intende già impegnata a garantire quanto previsto per le condizioni di assistenza tecnica senza alcuna riserva. Terminata la fase di rivalutazione, il Presidente, alle ore 13.30, dichiara chiusa la seduta.

Del che è redatto il presente verbale costituito da n° 1 pagine che letto viene sottoscritto.

Dr. Tommaso Cipolla Presidente

Ing. Pietro Sturniolo Componente

Avv. Paolo Giovanni Cavarra Componente