



CAPITOLATO TECNICO DI GARA

TRAVI TESTALETTO PER STANZE DEGENZA

ART. 1 – OGGETTO DELLA FORNITURA

Il presente capitolato ha per oggetto l'appalto della fornitura ed installazione di n. 5 travi testaletto con caratteristiche tecniche minime di cui al successivo art. 2.

ART. 2 CARATTERISTICHE TECNICHE E CONDIZIONI DI GARANZIA MINIME

I sistemi dovranno avere le seguenti caratteristiche (A) e condizioni di garanzia minime (B), indicando nella “Scheda di presentazione dell’offerta tecnica” (Allegato 2) eventuali informazioni di seguito richieste o eventuali migliorie:

A) DESCRIZIONE CARATTERISTICHE TECNICHE MINIME	
1)	Trave testaletto doppia, in grado di servire due posti letto.
2)	Lunghezza della trave: circa 320 cm
3)	N. 1 telecomando, con cavo, per la gestione delle luci e della chiamata di emergenza, per ogni posto letto. N.B. Sarà a carico della ditta fornitrice l’installazione e l’interfaccia con il sistema centralizzato di chiamata d’emergenza.
4)	Presenza dei seguenti tipi di Illuminazione (per ogni posto letto): • luce sulla zona paziente, per visita medica, con interruttore (on/off) sia sulla trave che sul telecomando • luce diffusa, non diretta, al paziente per illuminare il locale, con interruttore (on/off) sia sulla trave che sul telecomando • luce diffusa notturna, con interruttore (on/off) sia sulla trave che sul telecomando • luce di lettura direzionabile, con interruttore (on/off) sia sulla trave che sul telecomando N.B. Si considerano inclusi nella fornitura tutte le lampade, neon e altri consumabili, necessari al normale funzionamento della trave testaletto
5)	Per ogni posto letto: almeno n. 6 prese universali BIPASSO+SCHUKO tipo 2P+T 10/16 A protette da doppio fusibile. N.B.: Devono essere integrabili, su richiesta della Fondazione, almeno altre n. 3 prese universali come sopra.
6)	La trave testaletto, per tutta la sua lunghezza, deve integrare n. 1 “barra normalizzata” per agganciare apparecchiature medicali tipo pompe di infusione, gorgogliatori, ecc.
7)	Per ogni posto letto: n. 3 prese gas medicali UNI 9507 (Aria medica, Vuoto, Ossigeno)



B) DESCRIZIONE CONDIZIONI DI GARANZIA MINIME	
1)	Garanzia, non inferiore a 3 anni a. Si considerano comprese nella garanzia tutte le attività di manutenzione: manutenzione correttiva, manutenzione preventiva, verifiche di sicurezza, controlli funzionali, controlli di qualità e tutto quanto necessario a mantenere e garantire il corretto e sicuro funzionamento delle apparecchiature b. Si considerano comprese nella garanzia tutte le parti di ricambio (incluse le parti consumabili come lampade, neon, ecc.) senza alcuna esclusione.
2)	Tempo di risoluzione del problema (ripristino apparecchiatura o disponibilità di un muletto) inferiore alle 24 ore solari, a decorrere dalla chiamata.
3)	Almeno N° 2 giorni di training al personale utilizzatore e al personale tecnico del Servizio di Ingegneria Clinica, da effettuare secondo le esigenze della Fondazione
4)	Numero una verifica di sicurezza elettrica annuale secondo le normative vigenti
5)	Almeno numero due manutenzioni preventive/anno, e comunque tutte quelle previste dal costruttore, con relativi controlli funzionali e prove di qualità.
6)	Almeno n. 2 controlli funzionali/controlli di qualità e comunque tutti quelli previsti dal costruttore (specificare il numero di controlli funzionali/controlli di qualità annui previsti dal costruttore)
7)	La ditta fornitrice, ad avvenuta aggiudicazione, dovrà trasmettere al Servizio di Ingegneria Clinica, la programmazione delle attività periodiche (manutenzione preventiva, verifiche di sicurezza elettrica, controlli di qualità, ecc.). Tale programmazione, dopo regolare accettazione da parte della Fondazione, dovrà essere garantita dalla ditta fornitrice.

Per ognuna delle voci di cui sopra, si chiede di rispondere in modo chiaro e conciso, utilizzando la “Scheda di presentazione dell’offerta tecnica” (Allegato 2).

Le risposte non chiare o non attinenti a quanto richiesto, saranno considerate non conformi. Saranno escluse le offerte non conformi ai suddetti requisiti minimi.

Al fine di poter strutturare un’offerta tecnicamente valida, le ditte interessate potranno effettuare richiesta di sopralluogo entro 5 giorni dalla data di scadenza della procedura stessa, previ accordi con questa Fondazione.

ART. 3 – BASE D’ASTA

L’importo posto a base di gara è di €. 12.000,00 + IVA 20%.

ART. 4 – AFFIDAMENTO DELL’APPALTO

L’appalto sarà aggiudicato con il criterio del prezzo più basso, ai sensi dell’art. 82 del D.Lgs 163/06, derivante dall’applicazione del ribasso percentuale comunicato nella Busta “A” – Offerta Economica sulla base d’asta di cui all’art. 3, tra le offerte ritenute conformi a quanto richiesto nel presente Capitolato.

La **valutazione tecnica** verrà effettuata da una **Commissione Tecnica**, appositamente nominata.



In caso di carenza di alcuni elementi necessari per la valutazione complessiva dell'offerta, la Commissione potrà chiedere chiarimenti alle Ditte interessate. I chiarimenti forniti verranno valutati sulla base di apprezzamenti di discrezionalità tecnica.

Le valutazioni tecniche da parte della Commissione Tecnica di gara sono insindacabili.

La **valutazione economica** sarà effettuata, in seduta pubblica, dalla Commissione di gara con riferimento al ribasso percentuale comunicato, come richiesto nel presente Capitolato.

L'appalto sarà aggiudicato alla Ditta che avrà offerto il ribasso più elevato, tra le offerte ritenute conformi dalla Commissione Tecnica.

ART. 5 – INSTALLAZIONE E COLLAUDO

Sarà cura e responsabilità della ditta fornitrice effettuare tutti i lavori di tipo impiantistico e strutturale necessari alla corretta e sicura installazione.

La ditta fornitrice dovrà effettuare tutte le verifiche di sicurezza e i controlli funzionali così come previsto dal produttore delle apparecchiature e/o dalle normative vigenti al fine di redigere e consegnare, alla Fondazione, il relativo certificato di collaudo e di regolare esecuzione dei lavori.

ART. 6 – PAGAMENTO DEI CORRISPETTIVI

I pagamenti verranno effettuati a 90 (novanta) giorni fine mese data fattura, a seguito di regolare collaudo.

ART. 7 – CONDIZIONI POST GARANZIA

Al termine della garanzia, prevista per anni 3, questa Fondazione si riserva la possibilità di stipulare per un periodo massimo di ulteriori 3 anni, alle condizioni tecnico-economiche proposte dalla ditta aggiudicataria nella busta "C" – Documentazione Tecnica, un contratto di assistenza tecnica con la stessa ditta.

ART. 8 – PENALE PER MANCATA ASSISTENZA TECNICA

In caso di guasto o di fermo macchina, qualora la ditta aggiudicataria non interverrà entro i tempi richiesti nell'art. 2 lettera B), sarà addebitato, per ogni giorno solare di ritardo a decorrere dalla chiamata, una penale di euro 50,00.

ART. 9 RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

Il Responsabile Unico del Procedimento presso questa Fondazione appaltante è il Dott. Antonio Luca Salemi – Ufficio Acquisti – C.da Pietrapollastra - 90015 CEFALU' (PA) – Telefono: 0921/920756 – Telefax: 0921/920774 – e-mail: ufficio.acquisti@hsrgiglio.it .

Il Responsabile Unico del Procedimento
Dott. Antonio Luca Salemi

Il Dirigente Servizi Generali ed Acquisti
D.ssa Leonarda Sausa