



CAPITOLATO DI GARA PER L'ACQUISTO DI SET DEFLUSSORI DEDICATI A POMPE PER L'ANALGESIA POST-OPERATORIA.

ART.1- OGGETTO DELL'APPALTO

L'appalto ha per oggetto l'acquisto di set deflussori dedicati a n.20 pompe per l'analgia post-operatoria in comodato d'uso nelle quantità e nel prezzo unitario posto a base d'asta.

ART.2- CARATTERISTICHE TECNICO-CLINICHE E ASSISTENZA TECNICA OGGETTO DELLA VALUTAZIONE-POMPE PER L'ANALGESIA POST-OPERATORIA E DEFLUSSORI

I deflussori e le pompe per l'analgia post-operatoria dovranno avere le seguenti caratteristiche e condizioni di gara ad assistenza tecnica, indicando nella "Scheda di presentazione dell'offerta tecnica" (Allegato C) eventuali informazioni di seguito richieste:

A.1) CARATTERISTICHE TECNICO-CLINICHE OGGETTO DELLA VALUTAZIONE – POMPE PER L'ANALGESIA POST-OPERATORIA

1. Devono essere versatili e quindi idonei non solo alla somministrazione della terapia antalgica ma anche per altri usi
2. Devono poter essere programmate per scegliere i quantitativi di farmaco da somministrare in funzione del peso del paziente
3. Devono possedere anche la funzione di somministrazione in ml/h
4. Devono avere kit di infusione diversi che permettono alla stessa pompa di fungere anche da pompa per la nutrizione parenterale totale
5. Devono prevedere la possibilità di somministrare farmaci per via endovenosa, peridurale o sottocutanea
6. La somministrazione deve potere essere programmata di continuo, ad intermittenza o a tempo variabile
7. Devono prevedere la possibilità in PCA, dosi aggiuntive, entro un certo limite, su richiesta del paziente
8. Devono essere dotate di allarmi
9. Devono prevedere l'alimentazione a rete o a batteria.
10. Il minimo volume programmabile deve essere di 0,1 ml/h
11. Dimensioni e pesi contenuti
12. Deve essere prevista una adeguata memoria degli interventi.
13. Deve essere possibile la stampa della terapia pratica

Al fine di permettere alla commissione tecnica la valutazione pratica dei sistemi richiesti, le ditte partecipanti dovranno consegnare, contestualmente all'offerta tecnico-economica, n.1 pompa di infusione con relativo manuale d'uso e almeno n. 3 kit deflussori, così come proposto nell'offerta tecnico-economica

B) ASSISTENZA TECNICA

- | |
|--|
| 1) Garanzia, in caso di acquisto, non inferiore a due anni e comunque per tutta la durata del contratto di fornitura (noleggio, comodato, service, ecc.). - specificare, |
|--|



dettagliatamente, le condizioni di garanzia e assistenza tecnica.
2) Per tutta la durata della garanzia o del contratto di fornitura (noleggio, comodato, service, ecc.) la ditta aggiudicataria dovrà garantire, in caso di guasto e/o di fermo macchina, un tempo di risoluzione del problema (ripristino apparecchiatura o disponibilità di un muletto) inferiore alle 16 ore lavorative dalla chiamata
3) Almeno n° 3 giorni di training al personale utilizzatore e al personale tecnico del Servizio di Ingegneria Clinica, da effettuare secondo le esigenze della Fondazione
4) Per tutta la durata della garanzia o del contratto di fornitura (noleggio, comodato, service, ecc.) la ditta aggiudicataria dovrà garantire, senza alcun ulteriore aggravio di spesa per la Fondazione, l'aggiornamento tecnologico a fronte di modifiche migliorative hardware e/o software.
5) Per tutta la durata della garanzia o del contratto di fornitura (noleggio, comodato, service, ecc.) la ditta aggiudicataria dovrà garantire almeno numero n. 1 verifica di sicurezza/anno secondo le normative vigenti (vedi norme CEI)
6) Per tutta la durata della garanzia o del contratto di fornitura (noleggio, comodato, service, ecc.) la ditta aggiudicataria dovrà garantire almeno n. 2 controlli funzionali/controlli di qualità e comunque tutti quelli previsti dal costruttore (specificare il numero di controlli funzionali/controlli di qualità annui previsti dal costruttore)
7) Per tutta la durata della garanzia o del contratto di fornitura (noleggio, comodato, service, ecc.) la ditta aggiudicataria dovrà garantire almeno n. 2 manutenzioni preventive/anno e comunque tutte quelle previste dal costruttore (specificare il numero di manutenzioni preventive annue previste dal costruttore)

Per ognuna delle voci presenti ai punti A.e B), di cui sopra, si chiede di rispondere in modo chiaro e conciso. (Le risposte non chiare o non attinenti a quanto richiesto, saranno considerate non conformi o valutate con un punteggio pari a zero)

Tutti gli interventi di manutenzione correttiva, manutenzione preventiva e verifiche di sicurezza, durante il periodo di garanzia o di noleggio, service, comodato, ecc., sono totalmente a carico della ditta fornitrice, la quale dovrà fornire, qualora necessario, durante tali attività, apparecchiature con caratteristiche analoghe a quelle offerte, al fine di non interrompere le attività clinico-sanitarie.

La ditta fornitrice, ad avvenuta aggiudicazione, dovrà trasmettere al Servizio di Ingegneria Clinica, la programmazione delle attività periodiche (manutenzione preventiva, verifiche di sicurezza elettrica, controlli di qualità, ecc.). Tale programmazione, dopo regolare accettazione da parte della Fondazione, dovrà essere garantita dalla ditta fornitrice.

ART. 3 – AFFIDAMENTO DELL'APPALTO

L'appalto sarà aggiudicato con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 83 del D.Lgs 163/06 (Qualità: punti 60; Prezzo: punti 40).

ART. 4- CRITERI DI ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO:

- | | |
|---|-------------|
| 4.a)Punteggio massimo per le migliori caratteristiche tecnico-funzionali e cliniche | Punti 60,00 |
| 4.b)Punteggio massimo per la migliore offerta prezzo per ciascun trattamento | Punti 40,00 |
| 4.c) Valutazione Finale (4.a + 4.b). | |



4.a) VALUTAZIONE TECNICO-FUNZIONALE E CLINICA (QUALITÀ): MAX PUNTI 60

La commissione tecnica di gara, incaricata della valutazione tecnico-funzionale e clinica dell'offerta presentata, valuterà la presenza dei requisiti minimi delle apparecchiature e delle condizioni di garanzia ed assistenza tecnica, riportati nell'art. 2 del presente Capitolato, ed attribuirà il punteggio secondo i criteri di seguito riportati ed in base a quanto descritto dalla ditta partecipante nella scheda di presentazione dell'offerta tecnica:

OGGETTO DELLA VALUTAZIONE	METODO DI DETERMINAZIONE DEL PUNTEGGIO	PUNTEGGIO MASSIMO
REQUISITI TECNICI	Caratteristiche tecnico-funzionali (Gli elementi da valutare sono quelli presenti nelle seguenti tabella A).	60
CONDIZIONI ASSISTENZA TECNICA	Requisiti minimi Tabella B	Requisiti minimi
	TOTALE VALUTAZIONE	60

TABELLA A.1) CARATTERISTICHE TECNICO-CLINICHE OGGETTO DELLA VALUTAZIONE – POMPE PER NUTRIZIONI ENTERALI

CARATTERISTICHE TECNICHE	VALUTAZIONE/PUNTEGGIO MASSIMO ASSEGNATO DALLA COMMISSIONE
1. Devono essere versatili e quindi idonei non solo alla somministrazione della terapia antalgica ma anche per altri usi	2 punti
2. Devono poter essere programmate per scegliere i quantitativi di farmaco da somministrare in funzione del peso del paziente	3 punti
3. Devono possedere anche la funzione di somministrazione in ml/h	2 punti
4. Devono avere kit di infusione diversi che permettono alla stessa pompa di fungere anche da pompa per la nutrizione parenterale totale	3 punti
5. Devono prevedere la possibilità di somministrare farmaci per via endovenosa, peridurale o sottocutanea	2 punti
6. La somministrazione deve potere essere programmata di continuo, ad intermittenza o a tempo variabile	8 punti
7. Devono prevedere la possibilità in PCA, dosi aggiuntive, entro un certo limite, su richiesta del paziente	8 punti
8. Devono essere dotate di allarmi	8 punti
9. Devono prevedere l'alimentazione a rete o a batteria.	2 punti
10. Il minimo volume programmabile deve essere di 0,1 ml/h	8 punti
11. Dimensioni e pesi contenuti	2 punti



12. Deve essere prevista una adeguata memoria degli interventi.	8 punti
13. Deve essere possibile la stampa della terapia pratica	4 punti

Tabella B) ASSISTENZA TECNICA

1) Garanzia, in caso di acquisto, non inferiore a due anni e comunque per tutta la durata del contratto di fornitura (noleggio, comodato, service, ecc.). - specificare, dettagliatamente, le condizioni di garanzia e assistenza tecnica.	REQUISITO MINIMO
2) Per tutta la durata della garanzia o del contratto di fornitura (noleggio, comodato, service, ecc.) la ditta aggiudicataria dovrà garantire, in caso di guasto e/o di fermo macchina, un tempo di risoluzione del problema (ripristino apparecchiatura o disponibilità di un muletto) inferiore alle 16 ore lavorative dalla chiamata	REQUISITO MINIMO
3) Almeno n° 3 giorni di training al personale utilizzatore e al personale tecnico del Servizio di Ingegneria Clinica, da effettuare secondo le esigenze della Fondazione	REQUISITO MINIMO
4) Per tutta la durata della garanzia o del contratto di fornitura (noleggio, comodato, service, ecc.) la ditta aggiudicataria dovrà garantire, senza alcun ulteriore aggravio di spesa per la Fondazione, l'aggiornamento tecnologico a fronte di modifiche migliorative hardware e/o software.	REQUISITO MINIMO
5) Per tutta la durata della garanzia o del contratto di fornitura (noleggio, comodato, service, ecc.) la ditta aggiudicataria dovrà garantire almeno numero n. 1 verifica di sicurezza/anno secondo le normative vigenti (vedi norme CEI)	REQUISITO MINIMO
6) Per tutta la durata della garanzia o del contratto di fornitura (noleggio, comodato, service, ecc.) la ditta aggiudicataria dovrà garantire almeno n. 2 controlli funzionali/controlli di qualità e comunque tutti quelli previsti dal costruttore (specificare il numero di controlli funzionali/controlli di qualità annui previsti dal costruttore)	REQUISITO MINIMO
7) Per tutta la durata della garanzia o del contratto di fornitura (noleggio, comodato, service, ecc.) la ditta aggiudicataria dovrà garantire almeno n. 2 manutenzioni preventive/anno e comunque tutte quelle previste dal costruttore (specificare il numero di manutenzioni preventive annue previste dal costruttore)	REQUISITO MINIMO

Per quanto riguarda le condizioni di garanzia ed assistenza tecnica, sono previsti i requisiti minimi di cui all'art. 2 del presente Capitolato.



N.B. Per ognuna delle caratteristiche tecniche riportate sopra evidenziate, si chiede alla ditta offerente di indicare nella colonna riportata nell'allegata scheda di presentazione dell'offerta tecnica (Allegato 2), in modo chiaro e conciso, la relativa proposta.

La valutazione tecnico, funzionale e clinica sarà effettuata da una Commissione interna, appositamente nominata.

La commissione Tecnica di gara attribuirà, per ognuno degli oggetti della valutazione, elencati nelle precedenti tabelle, un punteggio compreso tra 0 (zero) ed il massimo indicato, arrotondando al secondo decimale eventuali punteggi frazionari.

In caso di valutazioni difformi tra i componenti della Commissione, il punteggio da attribuire ad ogni oggetto della valutazione sarà rappresentato dalla media aritmetica dei punteggi attribuiti dai singoli componenti.

In caso di carenza di alcuni elementi necessari per la valutazione complessiva dell'offerta, la Commissione potrà chiedere chiarimenti alle Ditte interessate. I chiarimenti forniti verranno valutati sulla base di apprezzamenti di discrezionalità tecnica ai fini dell'attribuzione del punteggio.

Le valutazioni tecniche e l'attribuzione del relativo punteggio da parte della Commissione Tecnica di gara sono insindacabili.

Le offerte per le quali la Commissione Tecnica di gara abbia attribuito un punteggio complessivo (**Bq**) inferiore a 30,00 (TRENTA) punti su un massimo di 60,00 (SESSANTA), per le caratteristiche di cui sopra, saranno escluse dalla gara e non saranno prese in esame nelle successive fasi della valutazione dell'offerta.

All'offerta che ha ottenuto il miglior punteggio complessivo per caratteristiche tecnico-funzionali e cliniche sarà attribuito l'intero punteggio disponibile per la qualità (punti 60,00) mentre alle altre saranno attribuiti punteggi linearmente decrescenti secondo la formula seguente:

$Aq = Bq/Cq * 60$ Dove:

Aq = Punteggio di qualità da assegnare all'offerta valutata;

Bq = Punteggio complessivo di qualità dell'offerta valutata;

Cq = Punteggio complessivo di qualità dell'offerta più vantaggiosa;

Eventuali punteggi frazionari saranno arrotondati alla seconda cifra decimale

4.b) Punteggio per il prezzo

Prezzo massimo **40** punti

All'offerta che ha presentato il prezzo più basso, in ribasso sulla base d'asta, sarà attribuito l'intero punteggio disponibile per il prezzo (punti 40,00) mentre alle altre saranno attribuiti punteggi linearmente decrescenti secondo la formula seguente:

$Ap = Cp/Bp * 40$

Ap = Punteggio da assegnare all'offerta valutata

Bp = Prezzo dell'offerta valutata

Cp = Prezzo dell'offerta più bassa

Eventuali punteggi frazionari saranno arrotondati alla seconda cifra decimale



4.c) VALUTAZIONE FINALE

L'appalto sarà aggiudicato alla Ditta che avrà ottenuto il punteggio più alto. Derivante dalla somma aritmetica del punteggio di qualità Aq e del punteggio per l'offerta economica Ap.
In caso di parità prevarrà l'offerta con il punteggio di qualità superiore.

ART. 5 – PAGAMENTO DEI CORRISPETTIVI

I pagamenti verranno effettuati a 90 (novanta) giorni fine mese data fattura.

ART. 6 RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

Il Responsabile Unico del Procedimento presso questa Fondazione appaltante è la D.ssa. Antonella La Barbera– Ufficio Acquisti, Via San Pasquale, 13 – 90015 CEFALU' (PA) – Telefono: 0921/920760– Telefax: 0921/920774 – e-mail: ufficio.acquisti@hsrgiglio.it .

Il Responsabile Unico del Procedimento
D.ssa Antonella La Barbera

Il Direttore Generale
Piergiorgio Pomi