



ALLEGATO C
SCHEMA DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA
(esemplificativa)

A) CARATTERISTICHE TECNICO-CLINICHE

CARATTERISTICHE TECNICO-CLINICHE OGGETTO DELLA VALUTAZIONE – POMPE VOLUMETRICHE

	DESCRIZIONE OFFERTA (in linea o in miglioramento rispetto a quanto chiesto nel Capitolato)
1. Devono essere versatili e quindi idonei non solo alla somministrazione della terapia antalgica ma anche per altri usi	
2. Devono poter essere programmate per scegliere i quantitativi di farmaco da somministrare in funzione del peso del paziente	
3. Devono possedere anche la funzione di somministrazione in ml/h	
4. Devono avere kit di infusione diversi che permettono alla stessa pompa di fungere anche da pompa per la nutrizione parenterale totale	
5. Devono prevedere la possibilità di somministrare farmaci per via endovenosa, peridurale o sottocutanea	
6. La somministrazione deve potere essere programmata di continuo, ad intermittenza o a tempo variabile	
7. Devono prevedere la possibilità in PCA, dosi aggiuntive, entro un certo limite, su richiesta del paziente	
8. Devono essere dotate di allarmi	
9. Devono prevedere l'alimentazione a rete o a batteria.	
10. Il minimo volume programmabile deve essere di 0,1 ml/h	
11. Dimensioni e pesi contenuti	
12. Deve essere prevista una adeguata memoria degli interventi.	
13. Deve essere possibile la stampa della terapia pratica	



Tabella B) ASSISTENZA TECNICA

	DESCRIZIONE OFFERTA (in linea o in miglioramento rispetto a quanto chiesto nel Capitolato)
1) Garanzia, in caso di acquisto, non inferiore a due anni e comunque per tutta la durata del contratto di fornitura (noleggio, comodato, service, ecc.). - specificare, dettagliatamente, le condizioni di garanzia e assistenza tecnica.	
2) Per tutta la durata della garanzia o del contratto di fornitura (noleggio, comodato, service, ecc.) la ditta aggiudicataria dovrà garantire, in caso di guasto e/o di fermo macchina, un tempo di risoluzione del problema (ripristino apparecchiatura o disponibilità di un muletto) inferiore alle 16 ore lavorative dalla chiamata	
3) Almeno n° 3 giorni di training al personale utilizzatore e al personale tecnico del Servizio di Ingegneria Clinica, da effettuare secondo le esigenze della Fondazione	
4) Per tutta la durata della garanzia o del contratto di fornitura (noleggio, comodato, service, ecc.) la ditta aggiudicataria dovrà garantire, senza alcun ulteriore aggravio di spesa per la Fondazione, l'aggiornamento tecnologico a fronte di modifiche migliorative hardware e/o software.	
5) Per tutta la durata della garanzia o del contratto di fornitura (noleggio, comodato, service, ecc.) la ditta aggiudicataria dovrà garantire almeno numero n. 1 verifica di sicurezza/anno secondo le normative vigenti (vedi norme CEI)	
6) Per tutta la durata della garanzia o del contratto di fornitura (noleggio, comodato, service, ecc.) la ditta aggiudicataria dovrà garantire almeno n. 2 controlli funzionali/controlli di qualità e comunque tutti quelli previsti dal costruttore (specificare il numero di controlli funzionali/controlli di qualità annui previsti dal costruttore)	
7) Per tutta la durata della garanzia o del contratto di fornitura (noleggio, comodato, service, ecc.) la ditta aggiudicataria dovrà garantire almeno n. 2 manutenzioni preventive/anno e comunque tutte quelle previste dal costruttore (specificare il numero di manutenzioni preventive annue previste dal costruttore)	

Per ognuno dei suddetti punti si chiede alla ditta offerente di indicare nella colonna accanto, in modo chiaro e conciso, la relativa proposta e/o la presenza o meno delle caratteristiche richieste, utilizzando la stessa unità di misura specificata.