



FONDAZIONE ISTITUTO G. GIGLIO DI CEFALÙ

VERBALE DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE PER LAGARA APERTA PER LA FORNITURA IN NOLEGGIO DI “APPARECCHIATURA ECOGRAFICA CARDIOLOGICA”, DI FASCIA ALTA, INCLUSO DI SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA FULL RISK PER UN PERIODO DI 84 MESI, DA UTILIZZARE PRESSO LA CARDIOLOGIA DELLA FONDAZIONE ISTITUTO G. GIGLIO DI CEFALU’. NUMERO GARA 7391839

VERBALE N. 8 SEDUTA PUBBLICA

L’anno 2019 il giorno 20 di settembre alle ore 12.00 nei locali della Presidenza dell’Istituto G. Giglio, si è riunita, in seduta pubblica, la Commissione composta come da deliberazione prot. N. UP2019/4737U del 19.06.2019 da:

Dott. Tommaso Cipolla Presidente

Ing. Pietro Sturniolo Componente (Segretario)

Avv. Paolo Giovanni Cavarra Componente

La Commissione preliminarmente dà atto della presenza dei Sig.ri Giovanni Di Prima delegato dal Procuratore della Philips SpA e Carmelina Spicuglia delegata dall’Amministratore Delegato della Sipar srl.

Il Presidente, accede alla piattaforma informatica della Fondazione e riapre la gara in oggetto.

Il Presidente, procede alla lettura del verbale di seduta riservata n. 7 del 05.08.2019, che si allega al presente verbale, e comunica le risultanze in seguito della riparametrazione effettuata dalla Commissione secondo la formula presente nel Disciplinare di Gara della valutazione tecnica così determinate:

G.Medical srl	punti 70
Philips SpA	punti 66
Sipar srl	punti 64

A seguito dell’inserimento nella piattaforma dei punteggi non riparametrati, il sistema ha restituito dei valori che sono comprensivi delle 4 cifre decimali dopo la virgola che precedentemente erano stati arrotondati.

Si procede, quindi, alla pubblicazione telematica dei punteggi e alla successiva apertura dell’offerta economica.

All’apertura delle buste economiche, le risultanze sono le seguenti:

Ditta Sipar srl	prezzo offerto € 309.500,00 + IVA
Ditta Philips SpA	prezzo offerto € 291.396,00 + IVA
Ditta G.Medical srl	prezzo offerto € 300.000,00 + IVA

Pertanto, si procede all’attribuzione dei punteggi dell’offerta economica, come richiesto dal Disciplinare di Gara ottenendo i seguenti risultati:

Ditta Sipar srl	28,245
Ditta Philips SpA	30,000
Ditta G.Medical srl	29,140



FONDAZIONE ISTITUTO G. GIGLIO DI CEFALÙ

che sommando al punteggio tecnico restituiscono rispettivamente i seguenti punteggi totali:

Ditta Sipar srl	92,68786
Ditta Philips SpA	95,67763
Ditta G.Medical srl	99,13960

che si pubblicano successivamente in piattaforma telematica.

A seguito della pubblicazione il sistema evidenzia che tutte le offerte sono anomale.

All'esito della superiore graduatoria, la Commissione propone l'aggiudicazione della gara alla ditta G. Medical srl con il punteggio di **99.13960**, demandando, comunque, al RUP della Stazione Appaltante ogni valutazione al fine della definizione della procedura di gara.

Rimette allo stesso RUP ogni atto di gara.

Terminate le operazioni di gara alle ore 14.00, il Presidente dichiara chiusa la seduta pubblica.

Del che è redatto il presente verbale costituito da n. 2 pagine, n. 2 deleghe e dal verbale n. 7 di seduta riservata, che letto viene firmato e sottoscritto dai presenti.

Dott. Tommaso Cipolla Presidente

Ing. Pietro Sturniolo Componente (Segretario)

Avv. Paolo Giovanni Cavarra Componente

Giovanni Di Prima Philips SpA

Carmelina Spicuglia Sipar srl



FONDAZIONE ISTITUTO G. GIGLIO DI CEFALÙ

VERBALE DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE PER LA GARA APERTA PER LA FORNITURA IN NOLEGGIO DI “APPARECCHIATURA ECOGRAFICA CARDIOLOGICA”, DI FASCIA ALTA, INCLUSO DI SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA FULL RISK, PER UN PERIODO DI 84 MESI, DA UTILIZZARE PRESSO LA CARDIOLOGIA DELLA FONDAZIONE ISTITUTO G. GIGLIO DI CEFALÙ. NUMERO GARA 7391839

VERBALE N° 7 SEDUTA RISERVATA

L'anno duemiladiciannove, il giorno cinque del mese di Agosto alle ore 14:00 nei locali della Presidenza dell'Istituto G. Giglio, si è riunita, in seduta riservata, la Commissione composta come da deliberazione Prot n° UP2019/4737U del 19.06.2019 da:

Dr. Tommaso Cipolla Presidente
Ing. Pietro Sturniolo Componente (Segretario)
Avv. Paolo Giovanni Cavarra Componente

La Commissione, dopo aver fatto un breve pausa, decide di procedere alla valutazione delle caratteristiche tecniche e la successiva attribuzione dei punteggi delle apparecchiature proposte dalle ditte concorrenti e di confrontarle con l'apparecchiatura proposta G.Medical srl che era stata precedentemente valutata da sola.

A seguito dell'esame delle caratteristiche tecniche si procede, secondo quanto stabilito dal disciplinare di gara, all'attribuzione dei punteggi riportati nella tabella allegata, che riparametrati al punteggio massimo vengono così assegnati:

- GMedical srl punti 70
- Philips SpA punti 66
- Sipar srl punti 64

Terminata la fase di attribuzione, il Presidente, alle ore 15.20, dichiara chiusa la seduta.
Del che è redatto il presente verbale costituito da n° 1 pagine che letto viene sottoscritto.

Dr. Tommaso Cipolla Presidente

Ing. Pietro Sturniolo Componente

Avv. Paolo Giovanni Cavarra Componente

GRIGLIA DI VALUTAZIONE

	Punt. Max	Sipar srl			Philips SpA			G.Medical srl					
		Cipolla	Cavarra	Sturniolo	Cipolla	Cavarra	Sturniolo	Cipolla	Cavarra	Sturniolo			
ITEM 1	0,5	0,5			0,5				0,5				
ITEM 2	2,5	2,5			2,5				2,5				
ITEM 3	0,5	0,5			0,5				0,5				
ITEM 4	2	2			2				2				
ITEM 5	2	0			0				2				
ITEM 6	3	1,5	0,5	0,5	0,5	3	1	1	1	2,1	0,7	0,7	0,7
ITEM 7	0,5	0,35	0,7	0,7	0,7	0,5	1	1	1	0,25	0,5	0,5	0,5
ITEM 8	2,5	2,5			2,5				2,5				
ITEM 9	0,5	0,5			0,5				0,5				
ITEM 10	1	1			1				1				
ITEM 11	2	2			2				2				
ITEM 12	0,5	0,5			0,5				0,5				
ITEM 13	1	1			1				1				
ITEM 14	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
ITEM 15	1	1			1				1				
ITEM 16	0,5	0,5			0,5				0,5				
ITEM 17	2	2			2				2				
ITEM 18	0,5	0			0				0,5				
ITEM 19	0,5	0,5			0,5				0,5				
ITEM 20	0,5	0			0				0				
ITEM 21	0,5	0			0,5				0				
ITEM 22	0,5	0,5			0,5				0,5				
ITEM 23	0,5	0			0				0				
ITEM 24	4	4			4				4				
ITEM 25	2	2			2				2				
ITEM 26	2	2			2				2				
ITEM 27	1	1			1				1				
ITEM 28	0,5	0,5			0,5				0,5				
ITEM 29	1,5	1,5			1,5				1,5				
ITEM 30	5	0			5				0				
ITEM 31	2	2			2				2				
ITEM 32	2,5	2,5			2,5				2,5				
ITEM 33	2	2			2				2				
ITEM 34	2,5	2,5			2,5				2,5				
ITEM 35	2,5	2,5			2,5				2,5				
ITEM 36	2	0			2				2				
ITEM 37	4	4			4				4				
ITEM 38	2	2			2				2				
ITEM 39	0,5	0,5			0,5				0,5				
ITEM 40	8	8			0				8				
TOTALE	70	57,4			58,5				62,35				

Totale
Riparametrato

64

66

70

Handwritten signature