



**FONDAZIONE
ISTITUTO SAN RAFFAELE - G. GIGLIO DI CEFALÙ**

**CAPITOLATO TECNICO DI GARA E CRITERI DI AGGIUDICAZIONE PER L'APPALTO DI
FORNITURA DI PRESIDI PER L'U.O. DI UROLOGIA**

LOTTO 1

CIG [04228746A8]

BASE D'ASTA Euro 32.000,00

Set per nefrostomia composto da: catetere di drenaggio punta pigtail con attacco luer-lock, diametro da 6/7/8/9fr., ago per punzione renale punta angolata filo di guida p.ta J, completo di dilatatore fasciale o dilatatori, monouso in confezione sterile.

Fabbisogno annuale n. 560 pezzi a scelta per diametro.

LOTTO 2

BASE D'ASTA Euro 5.000,00

Raccordo universale per collegamento catetere ureterale alla sacca con sistema di connessione prossimale funnel, monouso in confezione sterile.

Fabbisogno annuale n. 400 pezzi.

Raccordo universale per collegamento catetere ureterale alla sacca con sistema di connessione prossimalmente passo luer, monouso in confezione sterile.

Fabbisogno annuale n. 400 pezzi.

LOTTO 3

BASE D'ASTA Euro 4.000,00

Sonda per drenaggio estemporaneo in Neoplex sterilizzabile senza palloncino, punta Mercier da 6 a 22 Ch.

Fabbisogno annuale n. 72 pezzi per diametro.

Sonda per drenaggio estemporaneo in Neoplex sterilizzabile senza palloncino, punta Couvelaire da 6 a 22 Ch.

Fabbisogno annuale n. 72 pezzi per diametro.

Sonda per drenaggio estemporaneo in Neoplex sterilizzabile senza palloncino, punta Tiemann da 6 a 22 Ch.

Fabbisogno annuale n. 72 pezzi per diametro.

Candeletta dritta, punta olivare in Neoplex sterilizzabile per dilatazione uretrale misure da 6 a 22 Ch.

Fabbisogno annuale n. 72 pezzi per diametro.

Candeletta Guyon in Neoplex sterilizzabile per dilatazione uretrale della donna da 6 a 22 Ch.

Fabbisogno annuale n. 72 pezzi per diametro.

LOTTO 4

BASE D'ASTA Euro 7.000,00

Catetere per nefrostomia percutanea realizzato in silicone 100% trasparente, a due vie con imbuto sconnettibile, palloncino con capacità da 2-5ml, valvola per siringhe con raccordi luer e luer-lock, punta cilindrica moltoradiopaca, graduazione in cm, lungh. cm 45 circa, monouso sterile.

Misure CH 16-18-20-22 a scelta.

Fabbisogno annuale n. 200 pezzi a scelta per diametro.

LOTTO 5

CIG 0422879AC7

BASE D'ASTA Euro 40.000,00

Drenaggio sovrapubico con catetere a loop singolo in 100% silicone dotato di trocar metallico, bisturi, sistema di fissaggio, 2 raccordi luer-lock, rubinetto a tre vie, mono uso sterile misure del catetere 8, 11, 14 Ch.

Fabbisogno annuale n. 300 pezzi a scelta per diametro.



CRITERI DI AGGIUDICAZIONE

L'aggiudicazione della fornitura avverrà a favore dell'offerta economicamente più vantaggiosa.
La valutazione sarà effettuata in base ai seguenti elementi:

- Punteggio massimo per le migliori caratteristiche tecnico-qualitative Punti 40
- Punteggio massimo per la migliore offerta prezzo più basso Punti 60

VALUTAZIONE TECNICO-QUALITATIVE

La valutazione tecnico-qualitativa dei prodotti sarà effettuata sulla base delle caratteristiche tecniche indicate e sulla base della valutazione della campionatura prodotta per un punteggio massimo pari a 40 (60 per il prezzo)

I prodotti che non raggiungono un punteggio di qualità di almeno 21 punti saranno ritenuti non idonei e quindi esclusi.

Caratteristiche tecniche da sottoporre a valutazione:

Lotto1

Criteri di valutazione	Pesatura
Caratteristiche del ricciolo (J)	Max 10
Consistenza, rigidità del catetere	Max 10
Consistenza e rigidità dell'ago	Max 10
Calibri e lunghezza	Max 10
Totale	Max 40

Lotto 2

Criteri di valutazione	Pesatura
Tenuta del raccordo	Max 15
Semplicità di utilizzo	Max 15
Misure	Max 5
Materiale	Max 5
Totale	Max 40

Lotto 3

Criteri di valutazione	Pesatura
Caratteristiche della punta	Max 10
Consistenza, rigidità	Max 10
Canale di drenaggio	Max 10
Materiale e rivestimento esterno	Max 10
Totale	Max 40

Lotto 4

Criteri di valutazione	Pesatura
Caratteristiche della punta	Max 5
Consistenza, rigidità	Max 5
Canale di drenaggio	Max 5
Materiale e rivestimento esterno	Max 5
Caratteristiche del palloncino	Max 10
Sistema di sconnettibilità (sgancio/aggancio)	Max 10
Totale	Max 40



**FONDAZIONE
ISTITUTO SAN RAFFAELE - G. GIGLIO DI CEFALÙ**

Lotto 5

Criteri di valutazione	Pesatura
Caratteristiche del loop	Max 10
Consistenza, rigidità	Max 5
Scorrevolezza	Max 5
Materiale	Max 5
Caratteristiche del sistema di introduzione (trocar)	Max 15
Totale	Max 40

RUP
D.ssa Angela Capuana

Il Dirigente dei Servizi Generali ed Acquisti
D.ssa Leonarda Sausa