



## FONDAZIONE ISTITUTO G. GIGLIO DI CEFALÙ

**OGGETTO: Verbale di Gara - RDO n°24145440 del 14/10/2019 - Fornitura biennale di Kit angiografici per le UU.OO. Di Emodinamica e Elettrofisiologia.**

In data odierna, 04/12/2019 ore 10:30, presso l'Ufficio Acquisti della Fondazione, in seduta pubblica on-line sul portale ME.PA, con propedeutica nota di avviso a tutte le Ditte partecipanti, l'ordine monocratico Dott. Carmelo Di Giorgio e Dott. Giovanni Cristofaro, mediante le credenziali Me.Pa. del RUP ed alla presenza del RUP, D.ssa Angela Capuana dell'Ufficio Acquisti, hanno valutato le offerte presentate per la RdO in oggetto.

Alla RdO n. 24145440, entro la data di scadenza del 04/11/2019, hanno presentato offerta le seguenti Ditte:

- BETATEX S.P.A.;
- CAM HOSPITAL S.R.L.;
- MED-ITALIA BIOMEDICA S.R.L.

Le Ditte di cui sopra come richiesto, hanno presentato con invio tradizionale presso il nostro protocollo con n. di entrata UP2019/7635E del 04/11/2019, UP2019/7570E del 30/10/2019 e UP2019/7631E del 04/11/2019, plico contenente la campionatura per le valutazioni di questa Fondazione.

La D.ssa Capuana consegna, brevi manu, all'ordine monocratico, i plichi delle campionature pervenute.

A seguire si è proceduto alla valutazione della documentazione amministrativa presentata dalle singole Ditte partecipanti ai lotti sopra riportati che è risultata conforme a quanto richiesto dalla Fondazione.


Nella stessa seduta si è proceduto all'estrapolazione della documentazione tecnica inviata telematicamente, dalle Ditte mediante piattaforma Me.Pa.

Le schede tecniche ed i campioni pervenuti, esaminati, in data odierna, in modo riservato dal Dott. Carmelo Di Giorgio e dal Dott. Giovanni Cristofaro producono la seguente valutazione.


**Esaminate alle ore 11:30, le schede tecniche e la campionatura si procede con la seguente valutazione di conformità:**

- BETATEX S.P.A. **NON CONFORME: il telo proposto non risulta essere quadracciato come richiesto in capitolato;**
- CAM HOSPITAL S.R.L.: **CONFORME;**
- MED-ITALIA BIOMEDICA S.R.L. **NON CONFORME: il tessuto del telo proposto rilascia anche tramite leggero sfregamento porzioni di tessuto filamentoso che vista la delicatezza operativa espone il paziente ad una contaminazione intravasale (rilascio di microparticelle)**

L'organo monocratico alle ore 12:45 chiude la seduta di gara.

  
Organo Monocratico  
Dott. Carmelo Di Giorgio

Il Segretario Verbalizzante  
Dott.ssa Angela Capuana



Supporto tecnico Organo Monocratico  
Dott. Giovanni Cristofaro

