



FONDAZIONE ISTITUTO G. GIGLIO DI CEFALÙ

OGGETTO: Verbale di Gara - RDO n°24145440 del 14/10/2019 - Fornitura biennale di Kit angiografici per le UU.OO. Di Emodinamica e Elettrofisiologia.

In data odierna, 08/01/2020 ore 09:10, presso l'Ufficio Acquisti della Fondazione, in seduta pubblica on-line sul portale ME.PA, con propedeutica nota di avviso a tutte le Ditte partecipanti, l'^{ordine} ~~ordine~~ ^{PR-tuo} monocratico Dott. Carmelo Di Giorgio e Dott. Giovanni Cristofaro, mediante le credenziali Me.Pa. del RUP ed alla presenza del RUP, D.ssa Angela Capuana dell'Ufficio Acquisti, hanno valutato l'offerta economica dell'unica Ditta, la cui offerta tecnica è stata ritenuta conforme.

Premesso che con verbale del 04/12/2019, si era proceduto alla valutazione della documentazione amministrativa e tecnica delle offerte pervenute e contestualmente si era proceduto alla esclusione delle Ditte BETATEX SpA e MED-ITALIA BIOMEDICA S.R.L per la seguente motivazione:

- **BETATEX S.P.A. NON CONFORME: il telo proposto non risulta essere quadriaccoppiato come richiesto in capitolato;**
- **MED-ITALIA BIOMEDICA S.R.L NON CONFORME: il tessuto del telo proposto rilascia anche tramite leggero sfregamento porzioni di tessuto filamentoso che vista la delicatezza operativa espone il paziente ad una contaminazione intravasale (rilascio di microparticelle)**

Alle note di esclusione hanno presentato ambedue le Ditte la nota di riscontro di richiesta di riammissione (che si allegano al presente verbale) che, valutate il 03/01/2020, sono state esitate negativamente e quindi confermando l'esclusione con le motivazioni sopra riportate.

Pertanto si è proceduto all'apertura dell'offerta economica della Ditta CAM HOSPITAL S.R.L con il seguente risultato:

- prezzo unitario offerta di € 36,84, importo complessivo per n. 2400 Kit € 88.416,00 oltre IVA.

L'organo monocratico alle ore 10:14 chiude la seduta di gara.

Organo Monocratico
Dott. Carmelo Di Giorgio

Il Segretario Verbalizzante
Dott.ssa Angela Capuana

Supporto tecnico Organo Monocratico
Dott. Giovanni Cristofaro

Sede Legale ed Uffici Commerciali:

16145 GENOVA (GE) - Via Piero Gobetti, 56 R

Tel. (010) 3080301 - Fax. (010) 3080311

Officina di Produzione:

41036 MEDOLLA (MODENA) - ITALY - Strada Statale 12, 56/58

Tel. (0535) 53587 - Fax. (0535) 51660

Web Site: www.meditalia.net

Genova, 05 dicembre 2019

Spett. le

FONDAZIONE "ISTITUTO G. GIGLIO DI CEFALU"

C.da Pietrapollastra - Pisciotto

90015 CEFALU' (PA)

C.A. Dott.ssa Angela Capuana

Ufficio Acquisti

Oggetto: Procedura negoziata per la fornitura biennale di Kit Angiografici. RDO MEPA n. 2414544.

RICORSO NON CONFORMITA' TELO

(Dichiarazione Sostitutiva resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445 del 28/12/2000)

Il sottoscritto Mauro Cafferata nato a Recco (GE) il 04/02/1956 ed ivi residente in Via Privata Rose n. 9, nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione della MED-ITALIA BIOMEDICA S.r.l. con sede legale ed uffici commerciali in Genova, Via Piero Gobetti 56 R - codice fiscale 02812360101 e P.IVA 01885550366,

PREMESSO

- che con comunicazione a mezzo PEC del 04/12/2019, la scrivente Med-Italia Biomedica S.r.l. ha appreso la non ammissione alla fase successiva della gara in oggetto, in quanto il telo campionato rilascerebbe porzioni di tessuto filamentoso tali da esporre il paziente ad una contaminazione intravasale;

PRECISA

- che la Med-Italia Biomedica S.r.l. si discosta dal giudizio di non conformità tecnica sopra indicato in quanto il prodotto campionato (ns. codice MB807719), rispondente esattamente alle caratteristiche richieste nel Capitolato, è immesso sul mercato da tempo e risulta essere regolarmente acquistato e apprezzato da diversi utilizzatori, dai quali non è mai pervenuto alcun reclamo in merito;

CHIEDE

- che sia concessa una rivalutazione del prodotto offerto dalla scrivente Med-Italia Biomedica S.r.l., mediante ripresentazione di un campione gratuito dimostrativo in presenza del ns. Agente di zona, e che venga sospeso il Lotto in autotutela, in attesa di nuovo giudizio.

Distinti saluti

MED-ITALIA BIOMEDICA S.r.l.

Il Presidente

Mauro Cafferata

Oggetto: R: Non ammissione alle fasi successive di gara. - 2414544 - Fornitura biennale di Kit Angiografici per l'attività di Emodinamica ed Elettrofisiologia

Mittente: comunicazioni@acquistinretepa.it

Data: 10/12/2019 17:44

A: ANGELA.CAPUANA@HSRGIGLIO.IT

DETTAGLIO MESSAGGIO RICEVUTO

Oggetto	R: Non ammissione alle fasi successive di gara. - 2414544 - Fornitura biennale di Kit Angiografici per l'attività di Emodinamica ed Elettrofisiologia
Id iniziativa	2414544
Nome Iniziativa	Fornitura biennale di Kit Angiografici per l'attività di Emodinamica ed Elettrofisiologia
Mittente	BETATEX S.P.A.
Testo	<p>Buongiorno, facciamo presente che come richiesto da capitolato tecnico, nel kit offerto sia il telo per copertura tavolo madre che il telo per copertura paziente sono in TNT QUADRIACCOPPIATO. Il telo copertura paziente, come si evince dal DDT allegato, dalla documentazione tecnica e dal campione inviato è in QUADRIACCOPIATO. Purtroppo, in seguito alla Vs. comunicazione, ci siamo resi conto che per mero errore umano di digitazione nella scheda tecnica al paragrafo "Materiali Impiegati" è stata riportata la dicitura "telo tavolo in biaccoppiato" anche se nel paragrafo "Composizione e descrizione" al punto "A" il ns. codice interno (14.017) fa riferimento ad un telo tavolo in materiale QUADRIACCOPPIATO. Per confermare quanto dichiarato inviamo la scheda del singolo componente "telo per copertura tavolo" (cod.14.017) e un screen-shot del ns sistema gestionale che dimostra che l'anagrafica del nostro codice interno 14.017 fa riferimento al telo in quadriaccoppiato, per tale ragione siamo disponibili ad inviarvi anche un campione dello stesso. Chiediamo gentilmente di permetterci di dimostrare quanto espresso sopra e di conseguenza essere riammessi alle fasi successive della procedura. Rimaniamo in attesa di un cortese riscontro e nell'occasione porgiamo distinti saluti.</p>

— Allegati: —

14-017.pdf	27,5 kB
20191210165813.pdf	98,5 kB