

Spett.Le Ditta,

comunichiamo che con nota definitiva del 24/10/2019, da parte del Dott. Gennari della Breast Unit, è pervenuta la valutazione delle offerte di gara.

In particolare, il Dott. Gennari specifica che "... in considerazione delle difficoltà per effettuare la prova pratica in Sala Operatoria e considerata altresì l'urgenza clinica di poter avere, nel più breve tempo possibile l'apparecchiatura di che trattasi, non si ritiene più indispensabile procedere alla visione delle apparecchiature, e si esprime la seguente valutazione di conformità rispetto al capitolato tecnico di gara:

Ditta DEVICOR MEDICAL ITALY - Conforme

Ditta ELSE SOLUTION – NON Conforme, per i seguenti motivi:

- La sonda offerta (standard) ha il diametro pari a 11 mm, inferiore a 12 mm richiesti

Ditta HALSA SRL – NON Conforme, per i seguenti motivi:

- Non è presente la finestra precalibrata per il radionuclide Cobalto 57

Cefalù 24/10/2019

Il RUP
D.ssa Angela Capuana
(F.to)