

## VALUTAZIONE GARA ONCOLOGIA PER UNITA' FARMACI ANTIBLASTICI RDO 2536919

LOTTO	DITTA	CONFORMITA'	NOTE
1	BAXTER	NON CONFORME	Struttura morbida
	MACROPHARM SRL	NON CONFORME	Tempi di svuotamento non confacenti (svuotamento estremamente anticipato)
	MULTIMEDICAL	NON CONFORME	Riempimento estremamente difficoltoso (resistenza elevata)
	SURGIKA SRL	NON CONFORME	Sistema di riempimento inconsistente e con scarsa tenuta
	SVAS BIOSANA	CONFORME	
	TECNICA SCIENTIFICA SERVICE SRL	CONFORME	
2	BAXTER	CONFORME	
	MACROPHARM SRL	CAMPIONE NON PRESENTE	
	MULTIMEDICAL	NON CONFORME	Riempimento estremamente difficoltoso (resistenza elevata)
	SURGIKA SRL	NON CONFORME	Sistema di riempimento inconsistente e con scarsa tenuta
	TECNICA SCIENTIFICA SERVICE SRL	CONFORME	
3	BAXTER	CONFORME	
	MACROPHARM SRL	CAMPIONE NON PRESENTE	
	MULTIMEDICAL	NON CONFORME	Riempimento estremamente difficoltoso (resistenza elevata)
	SURGIKA SRL	NON CONFORME	Sistema di riempimento inconsistente e con scarsa tenuta
	TECNICA SCIENTIFICA SERVICE SRL	CONFORME	
4	BAXTER	NON CONFORME	Struttura morbida
	MACROPHARM SRL	CAMPIONE NON PRESENTE	
	MULTIMEDICAL	NON CONFORME	Riempimento estremamente difficoltoso (resistenza elevata)
	SURGIKA SRL	NON CONFORME	Sistema di riempimento inconsistente e con scarsa tenuta
	TECNICA SCIENTIFICA SERVICE SRL	CONFORME	
5	ALEA	CONFORME	
	H.S. HOSPITAL SERVICE S.P.A	CONFORME	
	MULTIMEDICAL	NON CONFORME	RANGE NON CONFACENTE A QUANTO RICHIESTO
	SMITHS MEDICAL ITALIA	NON CONFORME	RANGE NON CONFACENTE A QUANTO RICHIESTO
	TECNICA SCIENTIFICA SERVICE SRL	CONFORME	

## VALUTAZIONE GARA ONCOLOGIA PER UNITA' FARMACI ANTIBLASTICI RDO 2536919

	BD	NON CONFORME	CODINE PRIVE DI FILTRO (VOCE 3)
6	MACROPHARM SRL	CONFORME	
	BTC MEDICAL EUROPE SRL	NON CONFORME	DEFLUSSORE CON FILTRO NON SCHERMATO COME DA CAPITOLATO
	KLINICOM SRL	CONFORME	
	KNOW MEDICAL	CONFORME	
	MULTIMEDICAL	CONFORME	
	DESERTO		
7	DESERTO		
8	SECURITY SISTEM DI MONICA GARNIER	CONFORME	mod. quotato
9	DESERTO		
10	DESERTO		
11	DESERTO		
12	BD	CONFORME	
	MEDINAT SRL	NON CONFORME	Il sistema non garantisce la compensazione degli areosol all'apertura del flacone
	GIMAS SRL	NON CONFORME	Il sistema non garantisce la compensazione degli areosol all'apertura del flacone
13	DESERTO		
14	BARD	CONFORME	
	SMITHS MEDICAL ITALIA	CONFORME	
15	EMME ERRE	CONFORME	
	SMITHS MEDICAL ITALIA	CONFORME	
16	BD	CONFORME	

Fondazione Istituto S. Ruffaiele  
**G. Giglio di Cefalù**  
 SERVIZIO DI FARMACIA  
**Dot.ssa Donatella Miceli**  
 FARMACISTA

11-08-2020

Fondazione Istituto G. Giglio di Cefalù  
 Direttore del Servizio di Farmacia  
**Dott. Carmelo Di Giorgio**  
 Specialista in Farmacia Ospedaliera

11-08-2020