



FONDAZIONE ISTITUTO G. GIGLIO DI CEFALÙ

Gara europea a procedura aperta per il noleggio di n° 1 angiografo portatile ad arco a "C" per la Fondazione G. Giglio di Cefalù. N. gara 7453688. Verbale Apertura buste tecniche sul portale telematico della Fondazione denominato "Acquistitelematici.it". Seduta riservata.

L'anno 2019, il giorno 15 del mese di Ottobre, alle ore 14:30 presso i locali della Fondazione, è presente la Commissione di gara nominata con prot. UP2019/6672U del 26/09/2019, a seguito di sorteggio avvenuto in data 19/09/2019 presso la sezione provinciale UREGA Palermo:

- Dott. Mariano Becchina, Presidente;
- Dott. Massimo Benedetto, Componente Tecnico esperto;
- Avv. Giuseppe Caruso, Componente Esperto in materie giuridiche;

La Commissione richiama il verbale del giorno 08/10/2019 in sessione riservata, nel quale ha proceduto all'apertura della busta contenente l'offerta tecnica della ditta Eurocolumbus S.r.l., rilevando che la stessa risultava regolare ed in possesso dei requisiti minimi previsti dal capitolato e rinviando l'analisi della documentazione tecnica degli altri due operatori economici partecipanti alla presente seduta riservata.

La Commissione, quindi, decide di procedere nella seduta odierna all'apertura degli ulteriori plichi di offerta contenenti la documentazione tecnica, in ordine di arrivo sul portale "Acquistitelematici.it", al fine di verificare, in via preliminare, la conformità delle proposte tecniche rispetto ai requisiti minimi richiesti dal capitolato tecnico di gara, dando atto che:

Ditta **Ziehm Imaging S.r.l.**: a seguito di analisi della documentazione tecnica si chiede al RUP di volere richiedere alla ditta quanto di seguito:

- certificazione relativa al sistema di raffreddamento del tubo radiogeno;
- la specifica dello spazio di archiviazione immagini rispetto ai 500 GB minimi richiesti.

La commissione si riserva di valutare la conformità della documentazione tecnica della ditta solo a seguito di acquisizione delle suddette informazioni da parte del RUP.

La Commissione decide di proseguire i lavori con l'analisi dell'offerta tecnica della ditta Siemens Healthcare S.r.l.

Ditta **Siemens Healthcare S.r.l.**: a seguito di analisi della documentazione tecnica si chiede al RUP di volere richiedere alla ditta quanto di seguito:

- certificazione relativa al sistema di raffreddamento del tubo radiogeno;
- Riferimenti relativi all'esposimetro automatico all'interno della documentazione tecnica presentata in gara;

La commissione si riserva di valutare la conformità della documentazione tecnica della ditta solo a seguito di acquisizione delle suddette informazioni da parte del RUP.

La commissione dispone altresì che venga acquisita da parte del RUP esplicita dichiarazione da parte di tutte le ditte partecipanti circa l'impegno a fornire un muletto sostitutivo del sistema offerto, nel caso in cui il tempo di risoluzione del guasto dovesse prolungarsi oltre i tempi offerti in fase di gara (rif. Punto 3 delle condizioni di fornitura ed assistenza tecnica (full risk) minime) e che venga acquisita dalla ditta Eurocolumbus S.r.l. la certificazione relativa al sistema di raffreddamento del tubo radiogeno

La commissione, quindi, dichiara chiusa la seduta alle ore 17:24.

Del che è redatto il presente verbale, che letto, viene confermato e sottoscritto.

Il Presidente

Dott. Mariano Becchina

Componente Tecnico esperto

Dott. Massimo Benedetto

Componente Esperto giuridico

Avv. Giuseppe Caruso