



Prot. n. 1047/D.A.

Cefalù, lì 22 Luglio 2011

OGGETTO: Procedura aperta per la fornitura di prodotti per l'esecuzione di test ematologici per il Laboratorio Analisi della Fondazione (N. Gara 2973087). Chiarimenti e rettifica.

Con riferimento alla procedura in oggetto si significa quanto segue:

- 1) Con riferimento al Capitolato Tecnico, art. 2, punto 5) delle Caratteristiche tecniche minime delle apparecchiature, vale a dire “Analisi manuale dei campioni da provetta chiusa”, verrà fatta la valutazione, in sede di commissione tecnica, anche di sistemi equivalenti;
- 2) Con riferimento al Capitolato Tecnico, art. 7, punto A)12 delle Caratteristiche tecniche oggetto di valutazione con attribuzione di punteggio, vale a dire “Analisi di liquidi biologici diversi dal sangue con programma dedicato approvato FDA”, l’attribuzione del punteggio è strettamente legata alla presenza di un programma dedicato approvato FDA per l’analisi dei liquidi biologici diversi dal sangue (liquido cerebro spinale, pleurico, peritoneale, di dialisi ed altro);
- 3) Con riferimento al Capitolato tecnico di gara , art. 1 “Oggetto della fornitura”, si precisa che, per mero errore materiale, è stato indicato un fabbisogno quadriennale di emocromi completi di formula leucocitaria a 5 popolazioni di 28.000. Il presunto numero di emocromi da effettuare per quattro anni è di 280.000 (duecentottantamila).

Distinti saluti.

Il Responsabile Unico del Procedimento
Dott. Antonio Luca Salemi

Il Dirigente dei Servizi Generali ed Acquisti
Dott.ssa Leonarda Sausa