



FONDAZIONE ISTITUTO G. GIGLIO DI CEFALÙ

U.O. di Cardiologia
Laboratorio di Emodinamica ed Elettrofisiologia

Al Servizio di Farmacia

17/03/2021

Oggetto: Relazione tecnica sistemi di recupero corpi estranei.

Il sistema per il recupero di corpi estranei dovrà avere le seguenti caratteristiche:

dispositivo a cappio per rimozione di corpi estranei, con nucleo centrale mobile con cappio preformato all'estremità alloggiato in una guaina esterna—esiste nelle versioni: 0.035"lungh. 150cm diametro del cappio mis. 5-10-15-25-35 mm
0.014" lungh.180cm diametro del cappio mis. 2-4-7mm.