

CARATTERISTICHE TECNICO-CLINICHE	SET	DI QUANTITA' BIENNALI
SOMMINISTRAZIONE. REQUISITI MINIMI		
1) DEFLUSSORE STANDARD a) Monouso, Sterili, apirogeni, atossici, LATEX-free e DEHP-free ed incapace di cedere sostanze ai liquidi che scorrono nel lume. Conformi alle vigenti normative sui dispositivi medici b) Costituito da un perforatore in materiale rigido adatto a forare i tappi, tale che la perforazione non provochi il distacco dei frammenti del tappo, camera di gocciolamento, uno roller clamp e un raccordo maschio terminale luer-lock c) Munito di sistema che eviti il flusso libero se estratto dalla pompa d) Possibilità di utilizzo per fino a 96 h (<i>Allegare idonea dichiarazione</i>) e) Certificazione di compatibilità con Pompe Volumetriche Bbraun Infusomat Space (in uso presso Fondazione), e attestazione di resistenza a pressione min 2 bar/1500mm Hg, come da manuale d'uso del produttore		1.500
2) DEFLUSSORE IDONEO ALLA SOMMINISTRAZIONE DI FARMACI INCOMPATIBILI CON IL PVC a) Stesse caratteristiche del deflussore standard e inoltre: b) In materiale idoneo alla somministrazione di farmaci incompatibili col PVC (<i>Allegare idonea dichiarazione/certificazione</i>)		1.500
3) DEFLUSSORE PER FARMACI FOTOSENSIBILI a) Stesse caratteristiche del deflussore standard e inoltre: b) Il tubo deve possedere capacità schermante nei confronti di fonti luminose (<i>Allegare idonea dichiarazione/certificazione</i>) c) Buona trasparenza per l'identificazione di bolle d'aria		1.500
4) DEFLUSSORE PER NUTRIZIONE ENTERALE CON PERFORATORE E CON SACCA Set Deflussore ad uso esclusivo nutrizione Enterale con Sacca da 1000 ml per pompa volumetrica Bbraun con caratteristiche e materiali già descritti per i precedenti deflussori		1.500