

FONDAZIONE ISTITUTO G. GIGLIO DI CEFALÙ

Alla c.a.
Presidente
Dott. Giovanni Albano
Sede

Cefalù, 27 marzo 2023

Oggetto: RICHIESTA E VALUTAZIONE CONTRATTO DI ASSISTENZA TECNICA APPARECCHIATURA PER MEDICINA NUCLEARE (TC-PET e SPECT incluse workstation)

Le apparecchiature in oggetto, sono state acquisite dalla Fondazione nel 2018, già in noleggio dalla ditta LATO, e sono ubicate presso il Servizio di Medicina Nucleare della Fondazione.

Premesso che:


- 1) Il prossimo aprile è in scadenza l'attuale contratto di manutenzione, che ad oggi la ditta GE ha eseguito correttamente e nel rispetto delle condizioni contrattuali le attività di competenza
- 2) Che si ritiene necessario, al fine di garantire continuità di funzionamento e di corretta gestione manutentiva, stipulare un contratto di assistenza tecnica alle stesse condizioni di quello precedente, di cui si allega copia

Si propone, al fine di dare una opportuna continuità manutentiva nel rispetto delle normative e legislazione vigente, di stipulare un contratto di manutenzione con validità biennale o superiore

VALUTAZIONE SERVIZIO INGEGNERIA CLINICA

CONDIZIONI DI RINNOVO CONTRATTUALE PROPOSTE DALLA DITTA

- Contratto FULL RISK Omnicomprendivo
- Durata del contratto prevista: dal 08.04.2023 al 07.04.2025
- Parti di ricambio incluse: Tutte, inclusi tubo radiologico, detettori e altre parti sottovuoto e/o consumabili.
- Numero di interventi correttivi (chiamata su guasto): illimitati, con tempo di intervento garantito entro 8 ore lavorative dalla chiamata
- Tempo di risoluzione dei guasti: non superiore a 3 giorni lavorativi dalla chiamata. Comunque si considera un UP TIME (per apparecchiatura) non inferiore a 98% con un Downtime, su base annuale, non superiore a 7.30 giorni lavorativi
- Numero minimo di interventi preventivi/controlli funzionali (programmati): 2/anno e comunque tutti quelli previsti dal produttore
- Up time minimo: 98%
- **Canone annuo previsto: 120.000,00 euro + IVA**



Considerazioni sulla ditta di riferimento

Considerata l'alta tecnologia implementata dall'apparecchiatura e la sua peculiarità, si suggerisce di affidarsi alla ditta GE in quanto produttrice della macchina e, pertanto, certamente in grado di fornire una corretta e celere assistenza tecnica. Si ritiene, infatti, che solo tecnici specializzati e autorizzati ad intervenire su questa apparecchiatura, possano risolvere in modo ottimale tutti i problemi tecnico-funzionali. A tal proposito si mette in evidenza che, per quanto risulta a questo Servizio:

- la ditta GE è l'unica Ditta, sul territorio nazionale, autorizzata dalla casa costruttrice, ad intervenire su tutte le proprie apparecchiature con ricambi originali;
- la ditta GE dispone di personale tecnico adeguatamente addestrato e in possesso di tutta la documentazione e strumentazione necessaria a garantire l'assistenza tecnica sull'apparecchiatura in oggetto;

Cordiali saluti

Il Resp. Medicina Nucleare
Dott.ssa Roberta Gentile

Il resp. Ingegneria Clinica
Ing. Giuseppe Fatuzzo