



FONDAZIONE ISTITUTO G. GIGLIO DI CEFALÙ

Al RUP
Luca Salemi

Cefalù, li 13/06/2023

OGGETTO: Parere di valutazione tecnica Lotto: 1 – 9. ID n.1145

In riferimento alla procedura per l'appalto in oggetto, viste le schede tecniche dei prodotti ed effettuata una prima valutazione dei requisiti tecnici e la compatibilità rispetto al capitolato tecnico richiesto e successivamente valutata la conformità all'utilizzo clinico della campionatura presentata, si esprime il seguente parere:

DITTA COLOPLAST		
PARTECIPAZIONE N. LOTTO	VALUTAZIONE TECNICA DI CONFORMITA'	NOTE
1	NON CONFORME	Requisiti tecnici richiesti e dimensioni non soddisfatti: <ul style="list-style-type: none">il codice 3421 non rispetta la tolleranza ammessa del +/- 15% delle dimensioni esterne;azione antisettica assente;strato di carbossimetilcellulosa gelificante a contatto con il letto di ferita assente.
2	NON CONFORME	Requisiti tecnici richiesti e dimensioni non soddisfatti: <ul style="list-style-type: none">il codice 3420 non rispetta la tolleranza ammessa del +/- 15% delle dimensioni esterne;azione antisettica assente;strato di carbossimetilcellulosa gelificante a contatto con il letto di ferita assente.
3	NON CONFORME	Requisiti tecnici richiesti e dimensioni non soddisfatti: <ul style="list-style-type: none">il codice 3421 non rispetta la tolleranza ammessa del +/- 15% delle dimensioni esterne;azione antisettica assente;strato di carbossimetilcellulosa gelificante a contatto con il letto di ferita assente.
5	NON CONFORME	Requisiti tecnici richiesti e dimensioni non soddisfatti: <ul style="list-style-type: none">nessun codice rispetta la tolleranza ammessa del +/- 15% delle dimensioni esterne;tampone reticolato assente;ispezionabilità e visualizzazione della ferita e della cute perilesionale senza rimozione non possibile.

DITTA CONVATEC		
PARTECIPAZIONE N. LOTTO	VALUTAZIONE TECNICA DI CONFORMITA'	NOTE
1	CONFORME	nessuna
2	CONFORME	nessuna
3	CONFORME	nessuna

DITTA SMITH & NEPHEW		
PARTECIPAZIONE N. LOTTO	VALUTAZIONE TECNICA DI CONFORMITA'	NOTE
4	CONFORME	nessuna
5	CONFORME	nessuna
6	CONFORME	nessuna
7	CONFORME	nessuna
8	CONFORME	nessuna
9	CONFORME	nessuna

I documenti ricevuti di distinta campioni e documenti di trasporto sono stati già consegnati in data 12/06/2023.
In attesa di comunicazioni in merito, si porgono cordiali saluti.

Organo Monocratico
Dott. Salvatore Passafiume

Fondazione Istituto G. Giglio di Cefalù
Coordinatore Infermieristico
Dott. Salvatore Passafiume