



U.O. GASTROENTEROLOGIA ed
ENDOSCOPIA DIGESTIVA
Responsabile: Dr Dario Raimondo

Al Responsabile della farmacia
Dr C. di Giorgio
Fondazione San Raffaele G. Giglio di Cefalù

Sede

Oggetto: valutazione di conformità dei *Dispositivi medici per l' UU.OO di Endoscopia Digestiva, 81 lotti.*
Gara n° ID 914 .

	DITTA	Conforme	Non conforme (con motivazione)
LOTTO 1	AORTA	SI	CONFORME
	FIGLIORE MANCINI FEDERICO	NO	Presenza visione del campione si evince che il kit non è completo rispetto a quanto previsto
LOTTO 2	FRESENIUS KABI	SI	CONFORME
	INNOVAMEDICA	SI	CONFORME
LOTTO 3	AORTA	SI	CONFORME
LOTTO 4	NESSUNA OFFERTA PRESENTATA		
LOTTO 5	NESSUNA OFFERTA PRESENTATA		
LOTTO 6	BOSTON	NO	Presenza visione della scheda tecnica si evince che il sistema presentato ha un numero elastici non conforme da quanto richiesto
	COOK	SI	CONFORME
	INNOVAMEDICA	NO	Presenza visione della scheda tecnica e del campione pervenuto (campione richiesto a 10 lacci) si evince che il sistema presentato ha un numero elastici diverso da quanto richiesto
	LORENZATTO	NO	Presenza visione della scheda tecnica si evince che il sistema presentato ha un numero elastici non conforme da quanto richiesto
LOTTO 7	COOK	NO	Presenza visione del campione si evince che: <ul style="list-style-type: none">• Non possibile rotazione primo operatore,• non rimovibile,• non consente doppia apertura
	EFM	NO	Presenza visione della scheda tecnica si evince che la dimensione apertura 11-16 sono separate e non sulla stessa clip
	EUROMEDICAL	NO	Presenza visione della scheda tecnica si evince che la dimensione massima di apertura della clip è di 13,5 mm
	INNOVAMEDICA	NO	Presenza visione della scheda tecnica si evince che la dimensione apertura 11-16 sono separate e non sulla stessa clip
	LORENZATTO	NO	Presenza visione della scheda tecnica si evince che la dimensione apertura 11-16 sono separate e non sulla stessa clip
	MEDITALIA	SI	CONFORME



LOTTO 8	AORTA	SI	CONFORME
	EFM	NO	In assenza di campionatura non risulta possibile verificare quanto richiesto
	INNOVAMEDICA	NO	Dalla documentazione fornita e del campione si evince che la misura della clip non è conforme a quanto richiesto
	LORENZATTO	SI	CONFORME
	MEDITALIA	SI	CONFORME
LOTTO 9	NESSUNA OFFERTA PRESENTATA		
LOTTO 10	LORENZATTO	SI	CONFORME
LOTTO 11	INNOVAMEDICA	SI	CONFORME
	LORENZATTO	NO	Preso visione del campione si evince che l'apertura e chiusura dell'ago non risulta agevole. Inoltre, in condizione di stress il rientro dell'ago nella guaina non è completo
	MEDIMAR	NO	Preso visione del campione si evince che in condizione di lieve stress l'ago non fuoriesce dalla guaina.
	MEDITALIA	NO	Preso visione del campione si evince che in condizione di lieve stress l'ago non fuoriesce dalla guaina.
LOTTO 12	MEDITALIA	SI	CONFORME
LOTTO 13	NESSUNA OFFERTA PRESENTATA		
LOTTO 14	LORENZATTO	SI	CONFORME
LOTTO 15	ERBE	SI	CONFORME
LOTTO 16	NESSUNA OFFERTA PRESENTATA		
LOTTO 17	BOSTON	SI	CONFORME
	INNOVA MEDICA	NO	Dalle schede tecniche si evince che le misure non corrispondono a quanto richiesto
LOTTO 18	LORENZATTO	SI	CONFORME
LOTTO 19	AORTA	NO	Dalla scheda tecnica si evince che manca indicazione all'uso alla papilla di Vater
	BOSTON	SI	CONFORME
	INNOVAMEDICA	NO	Dalla scheda tecnica si evince che manca indicazione all'uso alla papilla di Vater
LOTTO 20	BOSTON	SI	CONFORME
	INNOVAMEDICA	SI	CONFORME
	LORENZATTO	SI	CONFORME
	MEDITALIA	SI	CONFORME
	OLYMPUS	SI	CONFORME
LOTTO 21	MEDIMAR	NO	Dalla scheda tecnica non si evince possibilità di rotazione richiesta da capitolato
	MEDITALIA	SI	CONFORME
LOTTO 22	LORENZATTO	SI	CONFORME
	MEDITALIA	SI	CONFORME
LOTTO 23	INNOVAMEDICA	NO	Preso visione del campione si evince che manca la copertura interna delle valve richiesta da capitolato
	LORENZATTO	NO	Preso visione del campione si evince che manca la copertura interna delle valve richiesta da capitolato
	MEDITALIA	NO	Preso visione del campione si evince che manca la copertura interna delle valve richiesta da capitolato




LOTTO 24	LORENZATTO	SI	CONFORME
	MEDITALIA	SI	CONFORME
LOTTO 25	INNOVAMEDICA	NO	Dalla scheda tecnica si evince che le misure non corrispondono a quanto richiesto
	MEDITALIA	SI	CONFORME
	OLYMPUS	SI	CONFORME
LOTTO 26	INNOVAMEDICA	NO	Dalla scheda tecnica si evince che le misure non corrispondono a quanto richiesto
LOTTO 27	MEDIMAR	NO	Dalla scheda tecnica si evince che il prodotto non è per utilizzo a freddo
	MEDITALIA	SI	CONFORME
LOTTO 28	EFM	NO	In assenza di campionatura non risulta possibile verificare quanto richiesto
	MEDITALIA	SI	CONFORME
LOTTO 29	LORENZATTO	SI	CONFORME
	MEDIMAR	SI	CONFORME
	MEDITALIA	SI	CONFORME
LOTTO 30	LORENZATTO	SI	CONFORME
LOTTO 31	LORENZATTO	SI	CONFORME
LOTTO 32	LORENZATTO	SI	CONFORME
	MEDIMAR	NO	Dalla scheda tecnica si evince che manca ago richiesto da capitolato
	MEDITALIA	SI	CONFORME
LOTTO 33	OLYMPUS	SI	CONFORME
LOTTO 34	BOSTON	SI	CONFORME
	COOK	NO	Preso visione del campione si evince che non è presente triplo lume richiesto da capitolato
	LORENZATTO	NO	Preso visione del campione si evince che non è presente triplo lume richiesto da capitolato
LOTTO 35	BOSTON	SI	CONFORME
LOTTO 36	INNOVAMEDICA	NO	Dalla scheda tecnica si evince che manca prodotto con guida da 205 cm
	LORENZATTO	NO	Dalla scheda tecnica si evince che manca prodotto con guida da 205 cm
	MEDITALIA	SI	CONFORME
LOTTO 37	NESSUNA OFFERTA PRESENTATA		
LOTTO 38	OLYMPUS	SI	CONFORME
LOTTO 39	COOK	SI	CONFORME
	LORENZATTO	NO	Dalla scheda tecnica si evince che manca misura 8,5 fr o similare
LOTTO 40	BOSTON	SI	CONFORME
	INNOVAMEDICA	NO	Dalla scheda tecnica si evince che manca prodotto con guida da 450 cm
	LORENZATTO	NO	In assenza di campionatura non risulta possibile verificare quanto richiesto
LOTTO 41	OLYMPUS	SI	CONFORME



LOTTO 42	INNOVAMEDICA	NO	Preso visione del campione si evince che non è presente il rivestimento di protezione
	MEDITALIA	SI	CONFORME
	OLYMPUS	NO	In assenza di campionatura non risulta possibile verificare quanto richiesto
LOTTO 43	INNOVAMEDICA	SI	CONFORME
	LORENZATTO	NO	Dalla scheda tecnica si evince che manca punta rastramata richiesta da capitolato
	OLYMPUS	SI	CONFORME
LOTTO 44	BOSTON	SI	CONFORME
	COOK	NO	Dalla scheda tecnica si evince che l'ago ha una singola lunghezza
	INNOVAMEDICA	NO	Dalla scheda tecnica si evince che l'ago ha una singola lunghezza
LOTTO 45	BOSTON	SI	CONFORME
	INNOVAMEDICA	NO	Preso visione della scheda tecnica e del campione pervenuto (richiesto campione con calibro più grande) si evince che manca misura 18 richiesta da capitolato
LOTTO 46	BOSTON	SI	CONFORME
	COOK	SI	CONFORME
LOTTO 47	BOSTON	SI	CONFORME
	LORENZATTO	NO	Dalla documentazione fornita non risultano le misure richieste
LOTTO 48	BOSTON	SI	CONFORME
	LORENZATTO	SI	CONFORME
LOTTO 49	BOSTON	SI	CONFORME
LOTTO 50	BOSTON	SI	CONFORME
	INNOVAMEDICA	SI	CONFORME
LOTTO 51	COOK	NO	Preso visione del campione si evince che non è presente la forma piatta del palloncino richiesto da capitolato
	INNOVAMEDICA		Dalla documentazione fornita non risulta presente la forma piatta del palloncino richiesto da capitolato
	LORENZATTO	SI	CONFORME
	MEDITALIA	SI	CONFORME
LOTTO 52	COOK	SI	CONFORME
	INNOVAMEDICA	NO	Dalla documentazione fornita risulta mancante il sistema di rilascio, inoltre le misure sono diverse da quanto richiesto
LOTTO 53	NESSUNA OFFERTA PRESENTATA		
LOTTO 54	NESSUN OFFERTA PRESENTATA		
LOTTO 55	INNOVAMEDICA	SI	CONFORME
	OLYMPUS	SI	CONFORME
LOTTO 56	INNOVAMEDICA	NO	Dalla documentazione fornita non risultano le misure richieste
	LORENZATTO	NO	Dalla documentazione fornita non risultano le misure richieste
	OLYMPUS	SI	CONFORME
LOTTO 57	INNOVAMEDICA	SI	CONFORME



LOTTO 58	BOSTON	NO	Dalla documentazione fornita risulta mancante il sistema di rilascio controllato
	COOK	SI	CONFORME
	INNOVAMEDICA	NO	Dalla documentazione fornita risulta mancante il sistema di rilascio controllato, inoltre le misure sono diverse da quanto richiesto
	LORENZATTO	NO	Dalla documentazione fornita risulta mancante il sistema di rilascio controllato
LOTTO 59	LORENZATTO	SI	CONFORME
	OLYMPUS	SI	CONFORME
LOTTO 60	BOSTON	SI	CONFORME
	INNOVAMEDICA	NO	Dalla documentazione fornita risulta mancante la mono svasatura richiesta da capitolato, inoltre le dimensioni non corrispondono a quanto richiesto
	LORENZATTO	NO	Dalla documentazione fornita risulta mancante la mono svasatura richiesta da capitolato
LOTTO 61	OLYMPUS	NO	Dalla documentazione fornita non risultano le misure richieste
LOTTO 62	COOK	SI	CONFORME
	INNOVAMEDICA	NO	Dalla documentazione fornita non risultano le misure richieste
	LORENZATTO	NO	Dalla scheda tecnica si evince che manca il sistema di rilascio controllato
	OLYMPUS	NO	Dalla offerta tecnica si evince presenza di rivestimento
LOTTO 63	INNOVAMEDICA	NO	Preso visione del campione si evince che non sono presenti i flaps richiesti da capitolato
	OLYMPUS	SI	CONFORME
LOTTO 64	NESSUN OFFERTA PRESENTATA		
LOTTO 65	INNOVAMEDICA	NO	Dalla scheda tecnica non si evince presenza del materiale metallico memory foam richiesto
LOTTO 66	BOSTON	SI	CONFORME
LOTTO 67	LORENZATTO	NO	Dalla scheda tecnica non si evince la presenza della doppia copertura
LOTTO 68	LORENZATTO	SI	CONFORME
LOTTO 69	BOSTON	SI	CONFORME
	EFM	NO	Dalla scheda tecnica si evince che non sono presenti: <ul style="list-style-type: none"> la tecnologia in HDR, i due LED indipendenti su punta distale
LOTTO 70	AORTA	SI	CONFORME
	LORENZATTO	SI	CONFORME
LOTTO 71	MEDIMAR	SI	CONFORME
LOTTO 72	AORTA	SI	CONFORME
	INNOVA MEDICA	NO	Dalla scheda tecnica si evince che mancano le valvole Fujifilm per la serie 500
LOTTO 73	NESSUN OFFERTA PRESENTATA		
LOTTO 74	FUJIFILM	SI	CONFORME



LOTTO 75	FUJFILM	SI	CONFORME
LOTTO 76	LORENZATTO	NO	Presenza visione della campionatura: non presente la spazzola per pulizia valvole
	MEDITALIA	SI	CONFORME
LOTTO 77	BOSTON	NO	Presenza visione del campione si evince che la struttura laterale del bocchaglio è eccessivamente flessibile
	LORENZATTO	NO	Campione qualitativamente non conforme
	MEDIMAR	NO	Presenza visione del campione si evince che la struttura laterale del bocchaglio è eccessivamente flessibile
	MEDITALIA	SI	CONFORME
LOTTO 78	OLYMPUS	SI	CONFORME
LOTTO 79	INNOVAMEDICA	SI	CONFORME
LOTTO 80	CANTEL	SI	CONFORME
	INNOVA MEDICA	SI	CONFORME
LOTTO 81	NESSUN OFFERTA PRESENTATA		

Cordialmente

Cefalù li 17/10/2023

Coordinatore Infermieristico

D.ssa Patrizia Adriana Calabria



Fondazione Istituto G. Giglio di Cefalù

Coordinatore Infermieristico

Dott.ssa Patrizia Calabria

Responsabile dell'U.O di Gastroenterologia
ed Endoscopia Digestiva

Dottor Dario Raimondo


Fondazione Istituto G. Giglio di Cefalù
U.O.S. di Endoscopia Digestiva
Dott. Dario Raimondo
Specialista in Chirurgia Generale
Cod. ENPAM 300234347G
Sigla Prov. PA num. Iscr. 12381