



FONDAZIONE ISTITUTO G. GIGLIO DI CEFALU'

Al Dr Luca Salemi
Sede

Cefalù, li 27/10/2023

OGGETTO: Valutazione tecnica gara europea endoscopia digestiva ID GARA 914

In riferimento alla richiesta di chiarimenti relativi alla gara in oggetto riguardante il lotto 7 e lotto 8 presentata dal Dr Mauro Toso, consigliere delegato della ditta Innovamendica SPA, dopo rivalutazione della documentazione e della scheda tecnica presentata si evince quanto segue:

- LOTTO 7: I dispositivi presentati risultano essere due (uno per la misura 11mm e uno per la misura 16mm) e non un unico dispositivo come da capitolato tecnico. Inoltre, il dispositivo, da scheda tecnica, non risulta rimovibile dopo il posizionamento (dopo il rilascio della clip) e nessuna certificazione di rimovibilità è presente nella documentazione presentata. Si conferma il giudizio già espresso (Non conforme).
- LOTTO 8 : Dopo rivalutazione della scheda tecnica si ammette la ditta alle fasi successive. Conforme.

Distinti saluti.

ORGANO MONOCRATICO

GARA ID n° 914