



Centrale di Sterilizzazione

Alla C. A. del Dottorressa Simona Amenta
Ufficio acquisti
Fondazione Ist. G. Giglio di Cefalù
SEDE

Oggetto: Parere tecnico di conformità fornitura triennale ID n. 1311 del 02/11/2023.

Come da oggetto, di seguito si esprime il parere tecnico.

LOTTO 1:

- Ditta ECS srl, Conforme.

LOTTO 2:

- Nessuna offerta.

LOTTO 3:

- Ditta Medline International Italy srl, Conforme.

LOTTO 4:

- Ditta ECS srl, Conforme.
- Ditta I-TEMA srl, Conforme.

LOTTO 5:

- Ditta ECS srl, Conforme.

LOTTO 6:

- Ditta ECS srl, Conforme.

LOTTO 7:

- Ditta BS Medical srl, Conforme.
- Ditta ECS srl, Conforme.
- Ditta I-TEMA srl, Conforme.
- Ditta Novamedisan Italia srl, Conforme.

LOTTO 8:

- Ditta BS Medical srl, Conforme.
- Ditta ECS srl, Conforme.

LOTTO 9:

- Ditta BS Medical srl, Conforme.
- Ditta ECS srl, Conforme.
- Ditta I-TEMA srl, Conforme.

LOTTO 10:

- Ditta Euro Medical Farm srl, Conforme.

LOTTO 11:

- Ditta BS Medical srl, Conforme.
- Ditta ECS srl, Conforme.
- Ditta Euro Medical Farm srl, Conforme.

LOTTO 12:

- Ditta Euro Medical Farm srl, Conforme.

La Sterilizzazione dei Dispositivi Medici: **Garante Invisibile della Sicurezza del Paziente**

LOTTO 13:

- Ditta BS Medical srl, Conforme.
- Ditta ECS srl, Conforme.
- Ditta I-TEMA srl, Conforme.
- Ditta Novamedisan Italia srl, Conforme.

LOTTO 14:

- Ditta BS Medical srl, Conforme.
- Ditta Euro Medical Farm srl, Conforme.

LOTTO 15:

- Ditta I-TEMA srl, Conforme.

LOTTO 16:

- Ditta BS Medical srl, Conforme.
- Ditta ECS srl **NON** Conforme. Il dispositivo presentato non presenta le misure minime necessarie per ospitare l'etichetta generata dal sistema di tracciabilità presente in CdS, misure minime indicate nel capitolato tecnico di gara.

LOTTO 17:

- Ditta BS Medical srl, Conforme.

LOTTO 18:

- Nessuna offerta.

Cordiali saluti

Cefalù li 12/12/202

Coordinatore Infermieristico
dott. Sergio Emmanuele