


Fornitura Biennale in service di un sistema per test immunometrici per l'identificazione di marcatori di neurodegenerazione :

	TESTS DA FORNIRE OBBLIGATORIAMENTE	TEST ANNUI PRESUNTI
1	BETA-AMILOIDE 1-42 CSF e PLASMA	294 CSF e 294 plasma
2	BETA-AMILOIDE 1-40 CSF e PLASMA	294 CSF e 294 plasma
3	TOTAL TAU CSF	294
4	P-TAU CSF e PLASMA	294 CSF e 294 plasma
5	NF-L CSF e PLASMA	294 CSF e 294 plasma

CARATTERISTICHE TECNICHE:

- Analizzatore da banco, completamente automatico che operi da provetta primaria con identificazione del campione tramite lettura del codice a barre
- Tecnologia in Chemioluminescenza (CLEIA) o equivalenti
- Utilizzo di cartucce monotest
- Confezionamento dei reattivi inferiore ai 50 test per ottimizzazione degli sprechi
- Calibrazione stabile almeno 30 gg
- Utilizzo di puntali monouso
- Reagenti a bordo refrigerati
- Rilevazione di coaguli e livello dei campioni
- Fornitura di controlli di qualità, almeno a due livelli.
- Fornitura di calibratori, diluenti e ogni altro materiale di consumo necessario alle determinazioni
- La Fornitura deve comprendere tutti gli accessori (software gestionale, gruppi di continuità, PC, stampanti ecc) necessari per il buon esito delle determinazioni richieste .
- Assistenza tecnica full-risk entro le 24h dalla chiamata e disponibilità di help line tecnica ed applicativa
- Corsi di formazione per tutto il personale individuato sia in fase di avvio che di messa in regime del sistema.


(DOTT. MARTINO TINAGLIA
RESP. LAB. ANALISI)


(D.SSA MARIAMENA DI IPPOLITO
LAB. ANALISI)