



Procedura di gara aperta per l'appalto della fornitura quadriennale di consumabili dedicati ai sistemi di pressione topica negativa.

Gara ID n° 1777

In data 01/10/2024, il sottoscritto, in qualità di Organo Monocratico/RUP della procedura in oggetto, ha ricevuto, dal supporto tecnico/clinico, Dott. Salvatore Passafiume, il parere tecnico allegato alla presente.

Alla luce di quanto riportato nel citato verbale, il RUP ha ritenuto necessario un incontro congiunto con il Dott. Passafiume, per procedere all'analisi della documentazione di gara della Ditta Asa Srl.

All'esito dell'incontro è emerso che:

- l'indicazione che i prodotti consumabili siano latex free ed in confezioni sterili è desumibile dalle schede tecniche pervenute in gara;
- da un documento allegato nella documentazione amministrativa, la Ditta Asa Srl dichiara che i teli mancanti all'interno dei kit indicati fra i documenti di gara, saranno forniti in sconto merce;
- nelle schede tecniche della Ditta Asa Srl, sono indicati sia contenitori da 400 ml che da 600 ml;
- si ammette la ditta Asa Srl alle fasi successive di gara, ovvero l'apertura dell'offerta economica, con riserva che vengano offerti contenitori di raccolta non inferiori a 600 ml;
- si conferma l'esclusione della Ditta Lohmann & Rauscher Srl, dalla procedura in oggetto.

Cefalù, Li 24/10/2024

Il Supporto Tecnico/clinico

Dott. Salvatore Passafiume

Fondazione Istituto G. Giglio di Cefalù

Coordinatore Infermieristico

Dott. Salvatore Passafiume

IL RUP/ Organo Monocratico

Dott. Vincenzo Accardi



FONDAZIONE ISTITUTO G. GIGLIO DI CEFALÙ

Al Responsabile del Servizio di Farmacia
Dott. Carmelo Di Giorgio

Cefalù, li 01/10/2024

OGGETTO: Parere di valutazione tecnica e di conformità Lotto unico fornitura quadriennale di consumabili dedicati ai sistemi di pressione topica negativa, ID n° 1777.

In riferimento alla procedura per l'appalto in oggetto, viste le schede tecniche dei prodotti e la compatibilità rispetto al capitolato tecnico richiesto, si esprime il seguente parere:

LOTTO UNICO

DITTA	ASA srl
CONFORMITA' ALL'UTILIZZO	<p>In riferimento alle documentazioni pervenute si comunica che la <u>Ditta ASA srl</u> risulta conforme rispetto a quanto richiesto in capitolato di gara a condizione di chiarimento che:</p> <ul style="list-style-type: none">• i prodotti consumabili applicabili siano latex free ed in confezione sterile;• i contenitori di raccolta forniti siano non inferiori a 600 ml;• i teli adesivi sterili trasparenti sono disponibili in quantità non inferiori a n.3 per singolo kit di medicazione e di misura non inferiore a 20 cm x 30 m cadauno.

DITTA	Lohmann & Rauscher S.r.l.
CONFORMITA' ALL'UTILIZZO	<p>In riferimento alle documentazioni pervenute si comunica che la <u>Ditta Lohmann & Rauscher S.r.l.</u> risulta non conforme rispetto a quanto richiesto in capitolato di gara in relazione alle seguenti specifiche:</p> <ul style="list-style-type: none">• il kit medicazione in schiuma S Cod. 170 000 ha uno spessore inferiore a 3 cm (parametro minimo richiesto);• i teli adesivi sterili trasparenti richiesti hanno dimensione inferiore a 20 cm x 30 cm (parametro minimo richiesto).

Cordiali Saluti.

Fondazione Istituto G. Giglio di Cefalù
Coordinatore Infermieristico
Dott. Salvatore Passafiume
Coordinatore Infermieristico
Dott. Salvatore Passafiume