

Spett.le _____

OGGETTO: Trattativa privata per acquisto di n. 6 Frigoriferi Biologici e n. 1 Congelatore Biologico per farmaci. Lettera d'invito.

Questa Fondazione, senza alcun impegno definitivo, deve procedere all'acquisto di **n. 6 Frigoriferi Biologici e n. 1 Congelatore Biologico per farmaci** distinto in n. 6 lotti:

LOTTO1

Frigorifero biologico

1) CARATTERISTICHE, TECNICHE-FUNZIONALI E CLINICHE, MINIME:

- Quantità n. 2;**
- A posizionamento verticale;**
- Dimensioni esterne (circa):** larghezza 50 cm, profondità 60 cm, altezza 80 cm;
- Capacità pari circa a lt 120;**
- Campo di regolazione temperatura, circa** da 0°C a +10°C;
- Porta:** a vetro, dotata di serratura con chiave;
- Termoregolazione:** termostato di tipo elettronico;
- Presenza del registratore grafico giornaliero della temperatura;**
- Comandi e controlli:**
 - Interruttore generale ON/OFF;
 - Tasto regolazione della temperatura di funzionamento;
 - Allarme di temperatura minima e massima, acustico e visivo, con tacitazione acustica;
 - Allarme di assenza alimentazione rete, acustico e visivo, con tacitazione acustica;
 - Possibilità di remotizzare gli allarmi;
 - Indicatore esterno a display per la temperatura e gli allarmi.

2) ULTERIORI CARATTERISTICHE OGGETTO DI VALUTAZIONE:

- Mobile esterno:** in acciaio inox;
- Ripiani interni (circa):** n° 3;
- Illuminazione interna:** azionata all'apertura della porta e da interruttore esterno;
- Sbrinamento** automatico con evaporazione automatica dell'acqua di condensa;

- Refrigerazione:** raffreddamento tramite impiego di refrigeranti ecocompatibili, con evaporatore ventilato ubicato in maniera tale da garantire la uniformità della temperatura all'interno, compressore di tipo ermetico, ossia tale da provvedere ad un potente e rapido raffreddamento all'apertura delle porte (impianto frigorifero tipo tropicalizzato), sbrinamento automatico con evaporazione automatica dell'acqua di condensa;
- Comandi e controlli:** sistema di comando e controllo visivo di tipo elettronico, con:
 - Tasto regolazione di tutti gli allarmi;
 - Allarme visivo intermittente porta aperta;

LOTTO 3

Frigorifero biologico

1) CARATTERISTICHE, TECNICHE-FUNZIONALI E CLINICHE, MINIME:

- Quantità n. 1;**
- A posizionamento verticale;**
- Dimensioni esterne (circa):** larghezza 60 cm, profondità 70 cm, altezza 130 cm;
- Capacità pari circa a lt 160;**
- Campo di regolazione temperatura, circa da 0°C a +10°C;**
- Porta:** a vetro, dotata di serratura con chiave;
- Termoregolazione:** termostato di tipo elettronico;
- Presenza del registratore grafico giornaliero della temperatura;**
- Comandi e controlli:**
 - Interruttore generale ON/OFF;
 - Tasto regolazione della temperatura di funzionamento;
 - Allarme di temperatura minima e massima, acustico e visivo, con tacitazione acustica;
 - Allarme di assenza alimentazione rete, acustico e visivo, con tacitazione acustica;
 - Possibilità di remotizzare gli allarmi;
 - Indicatore esterno a display per la temperatura e gli allarmi.

2) ULTERIORI CARATTERISTICHE OGGETTO DI VALUTAZIONE:

- Mobile esterno:** in acciaio inox;
- Ripiani interni (circa):** n° 4;

- Illuminazione interna:** azionata all'apertura della porta e da interruttore esterno;
- Sbrinamento** automatico con evaporazione automatica dell'acqua di condensa;

LOTTO 4

Frigorifero biologico

1) CARATTERISTICHE, TECNICHE-FUNZIONALI E CLINICHE, MINIME:

- Quantità n. 1;**
- A posizionamento verticale;**
- Dimensioni esterne (circa):** larghezza 60 cm, profondità 70 cm, altezza 180 cm;
- Capacità pari circa a lt 400;**
- Campo di regolazione temperatura, circa** da 0°C a +10°C;
- Porta:** a vetro, dotata di serratura con chiave;
- Termoregolazione:** termostato di tipo elettronico;
- Presenza del registratore grafico giornaliero della temperatura;**
- Comandi e controlli:**
 - Interruttore generale ON/OFF;
 - Tasto regolazione della temperatura di funzionamento;
 - Allarme di temperatura minima e massima, acustico e visivo, con tacitazione acustica;
 - Allarme di assenza alimentazione rete, acustico e visivo, con tacitazione acustica;
 - Possibilità di remotizzare gli allarmi;
 - Indicatore esterno a display per la temperatura e gli allarmi.

2) ULTERIORI CARATTERISTICHE OGGETTO DI VALUTAZIONE:

- Mobile esterno:** in acciaio inox;
- Ripiani interni (circa):** n° 5;
- Porta:** in triplo spessore, con guarnizione magnetica, presenza di microinterruttore per bloccare all'atto dell'apertura, il funzionamento della ventola e della refrigerazione;
- Illuminazione interna:** azionata all'apertura della porta e da interruttore esterno;
- Sbrinamento** automatico con evaporazione automatica dell'acqua di condensa;

LOTTO 5

Frigorifero biologico di tipo combinato

1) CARATTERISTICHE, TECNICHE-FUNZIONALI E CLINICHE, MINIME:

- Quantità n.1;**
- A posizionamento verticale**
- Comparto frigo:** range di temperatura circa da 0°C a +10°C; dimensioni esterne (circa): larghezza larghezza 60 cm, profondità 70 cm, altezza 100 cm; Capacità circa: lt 140;
- Comparto congelatore:** range di temperatura circa da -30°C a -10°C; dimensioni esterne (circa): larghezza 60 cm, profondità 70 cm, altezza 100 cm; Capacità circa: lt 140;
- Porte:** a vetro, dotate di serratura con chiave;
- Termoregolazione:** termostato di tipo elettronico;
- Presenza del registratore grafico giornaliero della temperatura;**
- Comandi e controlli:**
 - Interruttore generale ON/OFF;
 - Tasto regolazione della temperatura di funzionamento;
 - Allarme di temperatura minima e massima, acustico e visivo, con tacitazione acustica;
 - Allarme di assenza alimentazione rete, acustico e visivo, con tacitazione acustica;
 - Possibilità di remotizzare gli allarmi;
 - Indicatore esterno a display per la temperatura e gli allarmi.

2) ULTERIORI CARATTERISTICHE OGGETTO DI VALUTAZIONE:

- Mobile esterno:** in acciaio inox;
- Ripiani interni:** n° 3 per comparto;
- Illuminazione interna:** azionata all'apertura della porta e da interruttore esterno;
- Sbrinamento** automatico con evaporazione automatica dell'acqua di condensa;
- Comandi e controlli:** sistema di comando e controllo visivo di tipo elettronico, con:
 - Tasto regolazione di tutti gli allarmi;
 - Allarme visivo intermittente porta aperta;

LOTTO 6

Congelatore biologico

1) CARATTERISTICHE, TECNICHE-FUNZIONALI E CLINICHE, MINIME:

- Quantità n. 1;**
- A posizionamento verticale;**
- Dimensioni esterne (circa):** larghezza 60 cm, profondità 70 cm, altezza 200 cm;
- Capacità pari circa a lt 400;**
- Campo di regolazione temperatura, circa da -30°C a -10°C;**
- Termoregolazione:** termostato di tipo elettronico;
- Presenza del registratore grafico giornaliero della temperatura;**
- Comandi e controlli:**
 - Interruttore generale ON/OFF;
 - Tasto regolazione della temperatura di funzionamento;
 - Allarme di temperatura minima e massima, acustico e visivo, con tacitazione acustica;
 - Allarme di assenza alimentazione rete, acustico e visivo, con tacitazione acustica;
 - Possibilità di remotizzare gli allarmi;
 - Indicatore esterno a display per la temperatura e gli allarmi.

2) ULTERIORI CARATTERISTICHE OGGETTO DI VALUTAZIONE:

- Mobile esterno:** in acciaio inox;
- Cassetti interni circa:** n° 5, trasparenti;
- Illuminazione interna:** azionata all'apertura della porta e da interruttore esterno;
- Comandi e controlli:** sistema di comando e controllo visivo di tipo elettronico, con:
 - Tasto regolazione di tutti gli allarmi;
 - Allarme visivo intermittente porta aperta;

N.B. Per ognuna delle caratteristiche tecniche di cui sopra, si chiede di rispondere in modo chiaro e conciso.

ASSISTENZA TECNICA (allegare le informazioni sotto richieste nella busta contenente l'offerta tecnica)

- Garanzia non inferiore ad anni 2;
- Tempo di intervento max entro le 8 ore lavorative dalla segnalazione del guasto e/o malfunzionamento;
- Tempo di risoluzione del problema (ripristino apparecchiatura o disponibilità di un muletto) non superiore alle 24 ore lavorative dalla chiamata (durante il periodo di garanzia per ogni giorno solare di ritardo verrà applicata una penale pari al 1% del costo di acquisto);
- Specificare il numero di manutenzioni preventive annue previste dal costruttore. (Durante il periodo di garanzia tali interventi si considerano incluse nella stessa);
- Tempo di consegna ed installazione.

N.B. Per ognuna delle caratteristiche tecniche di cui sopra, si chiede di rispondere in modo chiaro e conciso.

Inoltre si richiede:

- Manuale utente in italiano;
- Interfaccia utente: in italiano, intuitiva e semplice;
- Listino prezzi ufficiale (depositato alla camera di commercio) di tutti gli eventuali consumabili (indicare la percentuale di sconto praticata alla nostra Fondazione);
- Listino prezzi ufficiale relativo all'assistenza tecnica e spese di viaggio (indicare la percentuale di sconto praticata alla nostra Fondazione);
- Proposta tecnico-economica di contratto di assistenza tecnica full-risk;
- Garantire, senza alcun ulteriore aggravio di spesa, l'aggiornamento tecnologico a fronte di modifiche migliorative hardware e software che dovessero avvenire successivamente al collaudo durante tutta la durata del periodo di garanzia;
- Numero e qualifica dei tecnici di zona dedicati all'assistenza tecnica della macchina con indicata la sede operativa;

Premesso quanto sopra, si invita Codesta Ditta a far pervenire, a questa Fondazione, entro il termine perentorio delle ore 13,00, del giorno **12 giugno 2006** la migliore offerta che è disposta a praticare, per ogni singolo lotto, comprensiva di ogni e qualsiasi spesa, esclusa la sola IVA della quale deve essere precisata l'aliquota vigente, in apposito plico chiuso, sigillato contro eventuali manomissioni, e siglato sui lembi di chiusura e deve riportare all'esterno la dicitura "Offerta Frigoriferi Biologici e Congelatori Biologici"; tale plico dovrà contenere due buste separate:

Busta "A" recante all'esterno la dicitura "Offerta economica":

in tale offerta dovrà essere indicato esclusivamente:

- il prezzo d'offerta per singolo lotto di fornitura richiesta ed il prezzo di ciascuna parte componente la fornitura;
 - il numero del codice fiscale o partita I.V.A. ed il domicilio fiscale di codesta Ditta, nonché l'Ufficio Distrettuale delle II.DD. competente per territorio
- Dovrà altresì essere incluso nella predetta busta il listino prezzi corrente o stralcio del medesimo;

Busta "B" recante all'esterno la dicitura "Documentazione Tecnica" nella quale dovranno essere inseriti i seguenti documenti:

- certificazione CE delle apparecchiature offerte, in originale o in copia autenticata nelle forme previste dalla normativa vigente in merito;
- relazione illustrativa delle caratteristiche tecniche delle attrezzature offerte, e relativi depliant illustrativi che devono riportare, **in maniera chiaramente individuabile**, il modello offerto e la Casa Produttrice, nonché il timbro della Ditta concorrente, se diversa dal Produttore;
- copia dell'offerta economica senza i prezzi offerti.
- referenze, in particolare il numero e la dislocazione di altri sistemi distribuiti nella regione Sicilia ed eventualmente in ambito nazionale;

Le apparecchiature dovranno rispondere, in ogni loro parte, alle normative vigenti in termini di sicurezza e funzionalità per uso medico (allegare le certificazioni);

La consegna e l'installazione dovranno essere effettuate, franco presidio destinatario, entro 20 gg data ricevimento ordine, previo accordi con il nostro Servizio di Ingegneria Clinica, come di seguito specificato:

- lotto 1 (N°1 unità): Chirurgia Vascolare, piano 2°;
- lotto 1 (N°1 unità) e lotto 4 (N°1 unità): Oncologia, piano 1°;
- lotto 3 (N°1 unità): Chirurgia Generale, piano 3°;
- lotto 2 (N°1 unità) e lotto 6 (N°1 unità): Laboratorio Analisi, piano 1°;
- lotto 5 (N°1 unità): Anatomia Patologica, piano 1°.

Il ritardo nella consegna comporta, per ogni decade di ritardo, l'applicazione di una penale dello 0,5% del prezzo imponibile dell'apparecchiatura non consegnata.

La gara sarà aggiudicata con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa per ogni singolo lotto .

I criteri di aggiudicazione sono dettagliatamente descritti nell' allegato "A" al presente invito.

La valutazione tecnico, funzionale e clinica sarà effettuata da una commissione composta da:

- 1) Presidente, Dr. O. Pennelli - Direttore Area Sanitaria;
- 2) Ing. G. Fatuzzo – Responsabile Servizio di Ingegneria Clinica;
- 3) Dott. Tinaglia – Responsabile Laboratorio Analisi.

Della valutazione tecnica sarà redatto apposito verbale.

Per quanto sopra l'offerta dovrà contenere tutte le informazioni necessarie perché la Commissione possa valutare ogni punto previsto tra i criteri di aggiudicazione.

La ditta dovrà presentare una sola proposta.

Il pagamento sarà effettuato a 90 gg. fine mese data fattura, ed a seguito di collaudo positivo dell'apparecchiatura fornita.

La presente lettera d'invito non impegna in alcun modo questa Fondazione la quale si riserva la facoltà di procedere o meno all'acquisto di che trattasi senza che codesta Ditta abbia nulla a reclamare o pretendere.

La presente lettera d'invito è affissa all'Albo Pretorio del Comune di Cefalù, all'Albo della Fondazione, C.da Pietrapollastra –Pisciotto – Cefalù e pubblicata sul sito internet della Fondazione www.hsrgiglio.it sezione “Bandi e appalti”.

Il Foro competente, in caso di contenzioso, è quello di Termini Imerese.

Per ulteriori chiarimenti resta a Vs. disposizione l'Ufficio Acquisti di questa Fondazione (tel. 0921/920201).

Allegati:

- A) Criteri di aggiudicazione dei singoli lotti.

IL DIRIGENTE AMMINISTRATIVO
D.ssa Leonarda Sausa