

Spett.le Ditta _____

OGGETTO: Acquisizione in "Service" di n.28 pompe volumetriche e set deflussori dedicati.

Questa Fondazione, senza alcun impegno definitivo, deve procedere all'acquisizione in "Service" di n.28 pompe volumetriche, e una quantità, per un fabbisogno presunto di circa 6.900 deflussori standard/annuo e 200/annuo deflussori ridotti per raccordo con siringa.

Relativamente ai deflussori si richiede una fornitura per somministrazione.

Le caratteristiche ed i requisiti sono di seguito riportati:

1) CAPIA PISIC CO-CLIC OGG O LLA AL A IO -
IP OPIA T T T

- Dimensioni ridotte e basso peso: dichiarare le dimensioni e il peso
- Alimentazione: rete e batteria integrate (Specificare la durata della batteria e il suo tempo di ricarica)
- Allarmi sia visivi che acustici: batteria scarica, scollegamento dalla rete di alimentazione e occlusione (preferibilmente con sensibilità regolabile)
- Possibilità di configurazioni delle impostazioni
- Range minimo di infusione: **da 0.1 ml/h a 900 ml/h**
- Gestione dei volumi infusi (impostazioni, azzeramento, ecc.)
- Dispositivi di sicurezza (elencare tutti i dispositivi di sicurezza della pompa)
- Velocità di spurgo: > 300 ml/h
- Dichiarare l'accuratezza di infusione della pompa alle varie velocità (min, media e max)
- Autodiagnosi ad ogni accensione della macchina, al fine di assicurare l'assenza di anomalie della macchina prima del funzionamento
- Protezione contro l'infiltrazione di liquidi come previsto dalle normative vigenti

N.B. Per ognuna delle caratteristiche tecniche di cui sopra, si chiede di rispondere in modo chiaro e conciso, seguendo lo stesso ordine.

2) CAPIA PISIC CO OGG O LLA AL A IO - LI A I
IPISIO T T T T

- Dimensioni
- Materiale
- Facilità di utilizzo

N.B. Per ognuna delle caratteristiche tecniche di cui sopra, si chiede di rispondere in modo chiaro e conciso, seguendo lo stesso ordine.

3) ASSIS A C ICA (allegare le informazioni richieste nella tabella contenente l'offerta tecnica)

- Tempo di intervento max entro le 8 ore lavorative dalla segnalazione del guasto e/o malfunzionamento
 - Tempo di risoluzione del problema (ripristino apparecchiatura o disponibilità di un muletto) non superiore alle 24 ore lavorative dalla chiamata (durante il periodo di Garanzia e/o di Service per ogni giorno solare di ritardo verrà applicata una penale pari al 1% del valore complessivo del Service
 - Specificare il numero di manutenzioni preventive
- Geriore.74(l)-2.16510.1537(d)-0.2995585(a)3.74(l)-()-10.1537(r)2.80595585(a)3g74(l)-2.16558(l)-24(t)-2.1

Tale plico dovrà contenere due buste separate:

Busta “A” recante all’esterno la dicitura “Offerta economica”:

in tale offerta dovrà essere indicato esclusivamente:

- il prezzo d’offerta complessivo per la fornitura richiesta ed il prezzo di ciascuna parte componente la fornitura;
- il numero del codice fiscale o partita I.V.A. ed il domicilio fiscale di codesta Ditta, nonché l’Ufficio Distrettuale delle II.DD. competente per territorio.

Dovrà, altresì, essere incluso nella predetta busta il listino prezzi corrente o stralcio del medesimo;

Busta “B” recante all’esterno la dicitura “Documentazione Tecnica” nella quale dovranno essere inseriti i seguenti documenti:

- certificazione CE dell’attrezzatura offerta, in originale o in copia autenticata nelle forme previste dalla normativa vigente in merito;
- relazione illustrativa delle caratteristiche tecniche dell’ attrezzatura offerta, e relativi depliant illustrativi che devono riportare, **in maniera chiaramente individuabile**, il modello offerto e la Casa Produttrice, nonché il timbro della Ditta concorrente, se diversa dal Produttore;
- copia dell’offerta economica senza i prezzi offerti.
- referenze, in particolare il numero e la dislocazione di altri sistemi distribuiti nella Regione Sicilia ed eventualmente in ambito nazionale;

Tutti i sistemi devono rispondere, in ogni loro parte, alle normative vigenti in termini di sicurezza e funzionalità per uso medicale (allegare le certificazioni);

La consegna delle pompe volumetriche dovrà essere effettuata entro 20 gg data ricevimento ordine, franco il Servizio di Ingegneria Clinica di questa Fondazione.

Il ritardo nella consegna comporta, per ogni decade di ritardo, l’applicazione di una penale dello 0,5% del prezzo imponibile dell’attrezzatura non consegnata.

Relativamente ai deflussori:

Le quantità necessarie saranno ordinate, in più soluzioni, nel corso dell’anno, dalla Farmacia di questa Fondazione, si precisa che non sussiste alcun obbligo a carico della Fondazione per l’acquisto di un quantitativo minimo o predeterminato dei prodotti di cui sopra, ma sussiste unicamente un obbligo della ditta di accettare gli ordinativi di fornitura, almeno fino a concorrenza del quantitativo di consumo stimato. Resta inteso che l’eventuale variazione in più o in meno di tale quantità annua stimata, non comporterà variazione dei prezzi né delle condizioni contrattuali concordate.

La gara sarà aggiudicata con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa. I criteri di aggiudicazione sono dettagliatamente descritti nell’ allegato “A” al presente invito.

La valutazione tecnico, funzionale e clinica sarà effettuata da una Commissione composta da:

- 1) Presidente - Direttore Area Sanitaria;
- 2) Responsabile Servizio di Ingegneria Clinica;
- 3) Responsabile del Servizio Infermieristico.

Della valutazione tecnica sarà redatto apposito verbale.

Per quanto sopra l’offerta dovrà contenere tutte le informazioni necessarie perché la Commissione possa valutare ogni punto previsto tra i criteri di aggiudicazione.

Il pagamento sarà effettuato a 90 gg. fine mese data fattura, ed a seguito di collaudo positivo delle attrezzature fornite.

La presente lettera d’invito non impegna in alcun modo questa Fondazione la quale si riserva la facoltà di procedere o meno all’acquisto di che trattasi senza che codesta Ditta abbia nulla a reclamare o pretendere.

La presente lettera d'invito è affissa all'Albo Pretorio del Comune di Cefalù, all'Albo della Fondazione, C.da Pietrapollastra –Pisciotto – Cefalù e pubblicata sul sito internet della Fondazione www.hsrgiglio.it sezione “Bandi e appalti”.

Il Foro competente, in caso di contenzioso, è quello di Termini Imerese.

Per ulteriori chiarimenti resta a Vs. disposizione l'Ufficio Acquisti di questa Fondazione (tel. 0921920561/201).

Allegati:

A) Criteri di aggiudicazione.

Il Dirigente Amministrativo
D.ssa Leonarda Sausa