


16/2/2018



U.O. di Farmacia

FONDAZIONE ISTITUTO G. GIGLIO DI CEFALÙ

Spett. Uff. Acquisti
c.a. dott. Luca Salemi

Oggetto: verbale di valutazione di conformità gara 17 lotti RDO n. 1803286

LOTTO 1: SISTEMA DI ASPIRAZIONE E IRRIGAZIONE

AORTA	NON CONFORME PER MOTIVI STRUTTURALI POCA ERGONOMICITA'
B. BRAUN	NON CONFORME PER POCA ERGONOMICITA'
COLOPLAST	CONFORME
CONMED ITALIA	NON CONFORME PER MOTIVI STRUTTURALI POCA ERGONOMICITA'
SMITHS MEDICAL ITALIA	NON CONFORME PER MOTIVI STRUTTURALI

LOTTO 2: AGHI DI HUBER SENZA TUBO DI CONNESSIONE

B. BRAUN	CONFORME
CO.DI.SAN.	CONFORME
GIMAS	NON CONFORME: ago retto
GIOVANNI SCIBILIA E FIGLIO	NON CONFORME: ago retto
SMITHS MEDICAL ITALIA	CONFORME

LOTTO 3: TAPPINI PERFORABILI PER AGOCANNULA

BENEFIS	CONFORME
CO.DI.SAN.	CONFORME
FARMAC ZABBAN	CONFORME

LOTTO 4: CAPPELLINI CHIRURGICI CON LACCI

BENEFIS	CONFORME
CO.DI.SAN.	CONFORME
FARMAC ZABBAN	CONFORME

LOTTO 5: BENDE GARZA ORLATA

BENEFIS	CONFORME
CO.DI.SAN.	CONFORME
FARMAC ZABBAN	CONFORME
SANTEX	CONFORME

LOTTO 6: MORSETTI OMBELICALI STERILI

CO.DI.SAN.	CONFORME
MEDICAL TECHNOLOGY FOR HEART S.R.L.	CONFORME

LOTTO 7: UNITA' RESPIRATORIA MANUALE

GIMAS	NON CONFORME STRUTTURALMENTE INCONSISTENTE
MEDTRONIC	CONFORME
TELEFLEX	CONFORME

LOTTO 8: FILTRI ANTIBATTERICI

GIMAS	CONFORME
MEDTRONIC	CONFORME
MEHOS S.R.L.	CONFORME
TELEFLEX	CONFORME

LOTTO 9: NASI ARTIFICIALI

DEAS	NON CONFORME: ALL'USO PRESENTA FORMAZIONE DI CONDENSA
GIMAS	NON CONFORME: ALL'USO PRESENTA FORMAZIONE DI CONDENSA
MEDTRONIC	CONFORME
MEHOS	CONFORME
TELEFLEX	NON CONFORME: ALL'USO PRESENTA FORMAZIONE DI CONDENSA
BIOPSYBELL	CONFORME

LOTTO 10: SONDA DI ASPIRAZIONE CONTROLLATA

BENEFIS	CONFORME
CO.DI.SAN.	CONFORME
ID & CO	CONFORME

LOTTO 11: TELINI A 2 STRATI IN TNT 45 x 75

BENEFIS	CONFORME
BETATEX	CONFORME
CO.DI.SAN.	CONFORME
EMME ERRE	CONFORME
FARMAC ZABBAN	CONFORME
MEDICAL TECHNOLOGY FOR HEART	CONFORME
MEDLINE INTERNATIONAL	CONFORME

LOTTO 12: TELINI A 3 STRATI IN TNT 75 x 90

BETATEX	CONFORME
MEDLINE INTERNATIONAL	CONFORME

LOTTO 13: SONDA DI SALEM

BENEFIS	CONFORME
---------	----------

LOTTO 14: GARZE STERILI 18 x 40

CO.DI.SAN.	CONFORME
------------	----------

LOTTO 15: CARTUCCE RACCOLTA LIQUIDI

ID & CO	CONFORME
---------	----------

LOTTO 16: ELETTROBISTURI MONOUSO A PULSANTE STERILE

ID & CO	CONFORME
---------	----------

LOTTO 17: MAGLIE TUBOLARI

BSN MEDICAL SRL	CONFORME
FARMAC ZABBAN	NON CONFORME: dispositivi non sterilizzabili in autoclave a vapore
SANTEX	NON CONFORME: dispositivi non sterilizzabili in autoclave a vapore

Dott.ssa Adriana Prestifilippo

Adriana Prestifilippo
 Fondazione Istituto
 G. Cesare di Gerona
 Centrale di Assistenza
 Coordinatore Infermieristico
 Dott. Sergio Emmanuele

Dott. Sergio Emmanuele

Dott. Benedetto Benigno

Benedetto Benigno

Dott.ssa Luciana Brocato

Luciana Brocato

Dott.ssa Patrizia Calabria

FTD PER *[Signature]*
 16-02-2008

Dott.ssa Maria Ruscica

[Signature]

Dott. Carmelo Di Giorgio

Carmelo Di Giorgio