

Spett.le _____

OGGETTO: Ricerca di mercato relativa a n. 1 sistema di lavaggio interno ed esterno di strumenti chirurgici delicati e cannulati.

Questa Fondazione, a seguito delle esigenze del Blocco Operatorio, ha ravvisato la necessità di implementare la dotazione esistente del seguente sistema:

N. 1 sistema di lavaggio interno ed esterno di strumenti chirurgici delicati e cannulati, completo di tutti i componenti ed accessori necessari per il corretto e sicuro funzionamento, con le seguenti caratteristiche:

<u>DESCRIZIONE CARATTERISTICHE TECNICHE</u>
1. Garantire che le pareti interne ed esterne della strumentazione cannulata vengano correttamente pulite da incrostazioni e residui;
2. L'azione di pulizia deve essere la meno invasiva possibile in modo da non degradare le superfici interne ed esterne della strumentazione;
3. Il sistema deve permettere il lavaggio di almeno 10 strumenti (es.:endoscopi) contemporaneamente;
4. Possibilità di combinare l'azione di pulizia enzimatica ad un'azione meccanica, possibilmente ad ultrasuoni. Se il sistema non è ad ultrasuoni specificare, descrivere e motivare i vantaggi del sistema proposto rispetto al sistema ad ultrasuoni;
5. Ripetibilità dei cicli di lavaggio (validazione delle procedure);
6. La strumentazione richiesta deve essere dedicata al lavaggio di tutta la strumentazione cannulata;
7. Temperatura di lavaggio non superiore a 45 °C;
8. Durata del ciclo non superiore a 15 min..

<u>DESCRIZIONE GARANZIA</u>
1) Garanzia non inferiore a 24 mesi (allegare condizioni di garanzia)

Per ognuno dei punti sopraelencati si richiede di indicare, in modo chiaro e conciso, la presenza o meno delle caratteristiche richieste. **Si allega, a titolo esemplificativo, il modello da utilizzare per la presentazione tecnica del sistema (allegato A).**

Premesso quanto sopra, si invitano le Ditte interessate a far pervenire, a questa Fondazione, entro il giorno **23 Giugno 2008**, in apposito plico chiuso, sigillato contro eventuali manomissioni, e siglato sui lembi di chiusura e riportante la dicitura **“Ricerca di mercato sistema di lavaggio strumenti chirurgici delicati e cannulati”**, le seguenti informazioni e documentazioni tecniche:

- Scheda di presentazione tecnica del sistema, debitamente compilata, redatta secondo il modello esemplificativo di cui all'allegato (A);
- certificazione CE delle apparecchiature offerte, in originale o in copia autenticata nelle forme previste dalla normativa vigente in merito;

- relazione illustrativa delle caratteristiche tecniche del sistema offerto, e relativi deplianti illustrativi che devono riportare, **in maniera chiaramente individuabile**, il modello offerto e la Casa Produttrice, nonché il timbro della Ditta concorrente, se diversa dal Produttore;
- referenze, in particolare il numero e la dislocazione di altri sistemi distribuiti nella regione Sicilia ed eventualmente in ambito nazionale;
- Manuale utente in italiano (in formato elettronico e/o cartaceo);
- listino prezzi ufficiale corrente o stralcio del medesimo del sistema offerto;
- listino prezzi ufficiale relativo all'assistenza tecnica e spese di viaggio (indicare la percentuale di sconto praticata alla nostra Fondazione);
- listino prezzi ufficiale (depositato alla camera di commercio) di tutti gli eventuali consumabili, (indicare la percentuale di sconto praticata alla nostra Fondazione);
- Proposta tecnico-economica di contratto di assistenza tecnica full-risk post-garanzia;
- -Schemi di disposizione e di installazione delle apparecchiature con indicate tutte le informazioni tecniche (alimentazione, potenze, tipologia di connessione elettrica, ecc.) necessarie ad una corretta installazione;
- Schede tecniche di sterilizzazione di eventuali componenti/accessori che necessitano di sterilizzazione;
- il prezzo d'offerta per l'intera fornitura richiesta ed il prezzo di ciascuna parte componente la fornitura;

L'apparecchiatura offerta deve possedere la marcatura CE, in particolare deve assolutamente rispondere in ogni sua parte alle normative vigenti in termini di sicurezza e funzionalità per uso medicale (allegare certificazioni).

Al fine di procedere ad una corretta valutazione della strumentazione, questa Fondazione chiederà la disponibilità a far visionare, con dimostrazione pratica, il sistema in oggetto.

La presente nota è affissa all'Albo Pretorio del Comune di Cefalù, all'Albo della Fondazione, C.da Pietrapollastra –Pisciotta – Cefalù e pubblicata sul sito internet della Fondazione www.hsrigiglio.it sezione "Bandi e appalti".

Per ulteriori chiarimenti resta a Vs. disposizione l'Ufficio Acquisti di questa Fondazione (tel. 0921/920756).

Allegati:

- A) Scheda di presentazione offerta tecnica;

Il Dirigente Servizi Generali ed Acquisti
D.ssa Leonarda Sausa