

Spett. e _____

OGGETTO: Procedura in economia per la fornitura in repair-exchange n° 2 cistoscopi flessibili per l'U.O. di Urologia; Lettera d'invito. (C.I.G. 017639099F)

Questa Fondazione, senza alcun impegno definitivo, deve procedere all'acquisto in repair exchange di n. 2 cistoscopi flessibili (mediante fornitura di n. 2 cistoscopi già funzionanti presenti presso l'U.O. di Urologia di questa Fondazione), con le seguenti caratteristiche:

CARATTERISTICHE TECNICO-CLINICHE MINIME:

<u>CARATTERISTICHE</u>
1. Diametro esterno: non superiore a 5,5 Fr
2. Lunghezza uti e non inferiore a 35 cm
3. Diametro canale operativo: non inferiore a 7 Fr
4. Otticavisione: 0°
5. Mobilità della punta verso l'alto: non inferiore a 200°
6. Mobilità della punta verso il basso: non inferiore a 40°
7. Adatta sia per diagnosi standard e tradizionale sia per diagnosi fotodinamica
<u>ACCESSORI / COMPONENTI</u>
1. Pinza da presa flessibile e 3 Ch: lunghezza non inferiore a 70 cm
2. Pinza da Biopsia flessibile e 3 Ch: lunghezza non inferiore a 70 cm
3. Tester per prova di tenuta
4. Valigia per conservazione dello strumento

N.B.: I cistoscopi in oggetto devono essere perfettamente compatibili con la colonna endoscopica già presente ed in uso presso la nostra Fondazione:

- **Fonte di luce:** Produttore: Storz; Modello: Xenon nova 300;
- **Centralina/Testina:** Produttore: Storz; Modello: Tricam SL II;

(Allegare certificazioni di compatibilità)

CONDIZIONI DI FORNITURA, GARANZIA E ASSISTENZA TECNICA

<u>DESCRIZIONE</u>
1) Garanzia non inferiore a 24 mesi (a eggere e condizioni di garanzia e assistenza tecnica, specificando se ci sono particolari componenti/accessori/consulenze, di sistema non incluse a stessa)
2) Tempo di risoluzione dei problemi (ripristino apparecchiatura o disponibilità di un'unità) non superiore a 24 ore lavorative dalla chiamata.
3) Almeno due manutenzioni preventive in un anno. N.B.: Durante il periodo di garanzia tutti gli interventi si considerano incluse a stessa.

Per ognuno dei punti sopraelencati si richiede di indicare, in modo chiaro e conciso, la reattività a proposta e la presenza o meno delle caratteristiche richieste.

Si allega, a titolo esemplificativo, il modello da utilizzare per la presentazione dell'offerta tecnica (allegato A).

Gli apparecchi da permutare sono della seguente marca e modello: Produttore: ACMI; Modello: ACN – 2; Le ditte interessate potranno visionare gli apparecchi da sostituire, al fine di attribuire un esatto valore economico alle stesse, previ accordi telefonici con il ns. Servizio di Ingegneria Clinica (0921/920517).

L'apparecchiatura offerta deve possedere la marcatura CE, in particolare deve essere utilizzata e rispondere in ogni sua parte alle norme vigenti in termini di sicurezza e funzionalità per uso medico e (allegare certificazioni).

L'aggiudicazione della fornitura verrà effettuata in favore della Ditta che avrà offerto il prezzo più basso per l'intera fornitura, tra le offerte ritenute conformi, ed anche nel caso in cui vi sia un'unica offerta conforme alla richiesta.

Prevedendo quanto sopra, si invita Codesta Ditta a far pervenire, a questa Fondazione, entro i termini di ore 13,00, del giorno **04 Luglio 2008** la migliore offerta che è disposta a praticare, comprensiva di ogni e qualsiasi spesa, escusando a suo vantaggio della quale deve essere precisata l'importo vigente, in apposito plico chiuso, sigillato contro eventualità di anomalie, e sigillato sui lembi di chiusura e deve riportare all'esterno la dicitura **“Offerta n. 2 cistoscopi flessibili per l'U.O. di Urologia”**; tale plico dovrà contenere due buste separate:

Busta “A” recante all'esterno la dicitura “Offerta economica”:

in tale offerta dovrà essere indicato escusando l'ente:

- il **prezzo d'offerta** per l'intera fornitura richiesta ed il prezzo di ciascuna parte componente la fornitura;
- il **valore economico attribuito ai cistoscopi da ritirare** ed il vantaggio economico che ne deriverà a questa Fondazione rispetto all'acquisto senza ritiro;
- il numero del codice fiscale o partita IVA ed il domicilio fiscale di codesta Ditta, nonché l'ufficio dell'Agenzia delle Entrate competente per territorio.
- certificato di iscrizione alla Camera di Commercio competente, con non falsificata e dichiarazione anti-falsità;

Dovrà altresì essere incollata sulla predetta busta il listino prezzi corrente o straordinario del medesimo;

Busta “B” recante all'esterno la dicitura “Documentazione Tecnica” nella quale dovranno essere inseriti i seguenti documenti:

- Scheda di presentazione dell'offerta tecnica, debitamente compilata, redatta secondo il modello esemplificativo di cui all'allegato (A);
- certificazione CE delle apparecchiature offerte, in originale o in copia autenticata nelle forme previste dalla normativa vigente in merito;
- certificazioni di compatibilità con la colonna endoscopica presente in Fondazione (vedi sopra);
- relazione illustrativa delle caratteristiche tecniche delle attrezzature offerte, e relativi dipendenti illustrativi che devono riportare, **in maniera chiaramente individuabile**, il modello offerto e la Casa Produttrice, nonché il titolo della Ditta concorrente, se diversa dal Produttore;
- copia dell'offerta economica senza i prezzi offerti.
- referenze, in particolare il numero e la denominazione di altri sistemi distribuiti nella regione Siciliana ed eventualmente in ambito nazionale;

Inoltre si richiede, da inserire nella busta della documentazione tecnica (Busta "B"), pena l'esclusione dalla gara:

Manuale utente in italiano (in formato elettronico e/o cartaceo);

Listino prezzi ufficiali relativi a assistenza tecnica e spese di viaggio (indicare la percentuale e di sconto praticata alla nostra Fondazione);

Proposta tecnico-economica di contratto di assistenza tecnica fuori post-garanzia;

Garantire, senza alcun ulteriore aggravio di spesa, l'aggiornamento tecnologico a fronte di modifiche migliorative hardware e software che dovessero avvenire successivamente al collaudo durante tutta la durata del periodo di garanzia;

Schede tecniche di installazione di eventuali componenti/accessori che necessitano di installazione;

Al fine di procedere ad una corretta valutazione della strumentazione, questa Fondazione si riserva la possibilità di visionare, con dimostrazione pratica, i prodotti offerti in gara, pena esclusione dalla gara.

La valutazione sulla conformità tecnica, funzionale e tecnica sarà effettuata da una Commissione interna.

Dei dati di valutazione tecnica sarà redatto apposito verbale.

La ditta dovrà presentare una sola proposta.

La consegna dovrà essere effettuata, con contestuale esibizione del documento di riferimento 2016/06/03/3.74()-240.2(s)5.67474(o)-0.29