

**Allegato C : Scheda di presentazione offerta tecnica per Monitor Fetale (esemplificativa)**

<b>A) CARATTERISTICHE TECNICHE, FUNZIONALI E CLINICHE</b>	
<b><u>DESCRIZIONE</u></b>	<b><u>OFFERTA TECNICA</u></b>
<b>1.</b> Sistema ad ultrasuoni con Doppler pulsato per la rilevazione automatica dei movimenti fetali. Specificare i seguenti parametri: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Frequenza di funzionamento degli ultrasuoni</li> <li>- Intensità degli ultrasuoni</li> <li>- Campo di rilevamento del battito cardiaco fetale (bpm)</li> </ul>	
<b>2.</b> Sistema di monitoraggio delle contrazioni (descrivere le caratteristiche)	
<b>3.</b> Trasduttori compatti e leggeri (specificare peso e dimensioni), pratici e facili da pulire, protetti dall'infiltrazione di liquidi con riconoscimento automatico degli stessi	
<b>4.</b> Riconoscimento della coincidenza dei battiti cardiaci, in modo da permettere una rilevazione separata delle frequenze cardiache gemellari e/o materna	
<b>5.</b> Possibilità di monitorare la SpO2 materna	
<b>6.</b> Archiviazione e gestione dei parametri vitali, almeno fino a otto ore, possibilmente con presentazione grafica e numerica dei dati (Descrivere il sistema)	
<b>7.</b> Possibilità di gestione dell'anagrafica paziente	
<b>8.</b> Display o monitor a luminosità regolabile	
<b>9.</b> Stampante, possibilmente termica, ad alta velocità di stampa (indicare la velocità, ppm)	
<b>10.</b> Possibilità di impostazione degli allarmi, sia visivi che acustici, dei principali parametri fisiologici (elencare tutti gli allarmi)	
<b>11.</b> Specificare se il sistema è predisposto per un eventuale collegamento in rete	
<b>12.</b> Il sistema deve essere completo di tutti gli accessori e componenti necessari all'utilizzo (elencare tali accessori e componenti)	
<b>13.</b> Sistema compatto e leggero (specificare peso e dimensioni)	

B) GARANZIA E ASSISTENZA TECNICA

<b><u>DESCRIZIONE</u></b>	<b><u>OFFERTA TECNICA</u></b>
1. Garanzia non inferiore a 2 (due) anni	
2. Tempo di intervento max entro le 8 ore lavorative dalla segnalazione del guasto e/o malfunzionamento	
3. Tempo di risoluzione del problema (ripristino apparecchiatura o disponibilità di un muletto) non superiore alle 24 ore lavorative dalla chiamata (durante il periodo di garanzia per ogni giorno solare di ritardo verrà applicata una penale pari al 1% del costo di acquisto)	
4. Almeno numero una manutenzione preventiva in un anno (specificare il numero di manutenzioni preventive annue previste dal costruttore) N.B. Durante il periodo di garanzia tali interventi si considerano inclusi nella stessa.	

**Per ognuna delle voci seguenti si chiede alla ditta offerente di indicare nella colonna accanto, in modo chiaro e conciso, la relativa proposta utilizzando la stessa unità di misura specificata**