

Spett.le _____

OGGETTO: Trattativa privata per acquisto di n. 1 Ecocardiografo. Lettera d'invito.

Questa Fondazione, senza alcun impegno definitivo, deve procedere all'acquisto di **n.1 Ecocardiografo digitale, di ultima generazione, ad alte prestazioni**, da destinare all'U.O. di Cardiologia di questa Fondazione "Istituto San Raffaele - G.Giglio di Cefalù", **con un importo a base d'asta di €.100.000,00 (€ Centomila/00)+ IVA 20%.**

A) CARATTERISTICHE TECNICHE ECOGRAFO

1. Piattaforma digitale dotata di un numero di canali attivi simultaneamente superiore a 1024, e con beamformer multiplo per ogni elemento del trasduttore
2. Possibilità di utilizzare trasduttori transtoracici, a scansione elettronica, in grado di operare con molteplici frequenze (multifrequenza) sia in trasmissione che in ricezione con range minimo di frequenze 1,5 - 10 Mhz, con frequenze indipendenti per 2D e color doppler
3. Sistema integrato, per eco da stress con piu' protocolli farmacologici (almeno 7 fasi per protocollo), formato quadruplo con visualizzazione di almeno 4 immagini contemporanee in movimento, completo di software per il calcolo della score wall motion
4. Software per applicazioni cardiologiche, vascolari e transuramiche
5. Elevato range dinamico selezionabile dall'operatore (almeno 150 dB)
6. Doppler continuo e pulsato, HPRF, color doppler, color doppler angio, energy, completo di software di calcoli e misure ecocardiografiche utili nella pratica clinica, effettuabili sia in corso di esame che su immagini memorizzate
7. Immagini bidimensionali e color doppler con alto valore di frame rate, almeno 500 Hz
8. Zoom o ingrandimento della zona di interesse senza perdita di risoluzione in B-Mode e color doppler e con aumento del frame rate
9. Color Doppler di altissima sensibilità, mappe di velocità e varianza
10. Doppler spettrale CW, PW e HPRF di altissima sensibilità anche per i flussi lenti
11. Cine loop con visualizzazione in ciclo continuo di immagini in B-Mode e color Doppler con alto numero di frames, almeno 500 f/s
12. Memoria di scorrimento per M-mode e doppler spettrale
13. Standard DICOM 3

14. Archiviazione digitale dei dati e delle immagini statiche e delle clip dinamiche su hard

Si allega, a titolo esemplificativo, il modello da utilizzare per la presentazione dell'offerta tecnica (allegato A).

Inoltre si richiede:

- ✓ Manuale utente in italiano
- ✓ Interfaccia utente: in italiano, intuitiva e semplice
- ✓ Listino prezzi ufficiale (depositato alla camera di commercio) di tutti gli eventuali consumabili (indicare la percentuale di sconto praticata alla nostra Fondazione)
- ✓ Listino prezzi ufficiale relativo all'assistenza tecnica e spese di viaggio (indicare la percentuale di sconto praticata alla nostra Fondazione)
- ✓ Proposta tecnico-economica di contratto di assistenza tecnica full-risk
- ✓ Garantire, senza alcun ulteriore aggravio di spesa, l'aggiornamento tecnologico a fronte di modifiche migliorative hardware e software che dovessero avvenire successivamente al collaudo durante tutta la durata del periodo di garanzia
- ✓ Numero e qualifica dei tecnici di zona dedicati all'assistenza tecnica della macchina con indicata la sede operativa

L'apparecchiatura offerta deve possedere la marcatura CE, in particolare deve assolutamente rispondere in ogni sua parte alle normative vigenti in termini di sicurezza e funzionalità per uso medicale (allegare certificazioni).

Al fine di procedere ad una corretta valutazione della strumentazione, questa Fondazione si riserva la possibilità di visionare, con dimostrazione pratica, i prodotti offerti in gara.

La gara sarà aggiudicata con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa. I criteri di aggiudicazione sono dettagliatamente descritti nell' allegato "B" al presente invito.

Premesso quanto sopra, si invita Codesta Ditta a far pervenire, a questa Fondazione, entro il termine delle ore 13,00, del giorno **01 Dicembre 2006** la migliore offerta che è disposta a praticare, comprensiva di ogni e qualsiasi spesa, esclusa la sola IVA della quale deve essere precisata l'aliquota vigente, in apposito plico chiuso, sigillato contro eventuali manomissioni, e siglato sui lembi di chiusura e deve riportare all'esterno la dicitura "Offerta Ecocardiografo"; tale plico dovrà contenere due buste separate:

Busta "A" recante all'esterno la dicitura "Offerta economica":

in tale offerta dovrà essere indicato esclusivamente:

- il prezzo d'offerta onnicomprensivo, in ribasso sull'importo posto a base d'asta;
- il numero del codice fiscale o partita I.V.A. ed il domicilio fiscale di codesta Ditta, nonché l'Ufficio dell' Agenzia delle Entrate competente per territorio.

Dovrà altresì essere incluso nella predetta busta il listino prezzi corrente o stralcio del medesimo;

Busta “B” recante all’esterno la dicitura “Documentazione Tecnica” nella quale dovranno essere inseriti i seguenti documenti:

- Scheda di presentazione dell’offerta tecnica, debitamente compilata, redatta secondo il modello esemplificativo di cui all’allegato (A);
- certificazione CE delle apparecchiature offerte, in originale o in copia autenticata nelle forme previste dalla normativa vigente in merito;
- relazione illustrativa delle caratteristiche tecniche delle attrezzature offerte, e relativi depliant illustrativi che devono riportare, **in maniera chiaramente individuabile**, il modello offerto e la Casa Produttrice, nonché il timbro della Ditta concorrente, se diversa dal Produttore;
- copia dell’offerta economica senza i prezzi offerti.
- referenze, in particolare il numero e la dislocazione di altri sistemi distribuiti nella regione Sicilia ed eventualmente in ambito nazionale;

La consegna dovrà essere effettuata entro 20 gg data ricevimento ordine.

Il ritardo nella consegna comporta, per ogni decade di ritardo, l’applicazione di una penale dello 0,5% del prezzo imponibile dell’apparecchiatura non consegnata.

La valutazione tecnico, funzionale e clinica sarà effettuata da una Commissione interna.

Della valutazione tecnica sarà redatto apposito verbale.

La ditta dovrà presentare una sola proposta.

Il pagamento sarà effettuato a 90 gg. fine mese data fattura, ed a seguito di collaudo positivo delle apparecchiature fornite.

La presente lettera d’invito non impegna in alcun modo questa Fondazione la quale si riserva la facoltà di procedere o meno all’acquisto di che trattasi senza che codesta Ditta abbia nulla a reclamare o pretendere.

La presente lettera d’invito è affissa all’Albo Pretorio del Comune di Cefalù, all’Albo della Fondazione, C.da Pietrapollastra –Pisciotta – Cefalù e pubblicata sul sito internet della Fondazione www.hsrgiglio.it sezione “Bandi e appalti”.

Il Foro competente, in caso di contenzioso, è quello di Termini Imerese.

Per ulteriori chiarimenti resta a Vs. disposizione l’Ufficio Acquisti di questa Fondazione (tel. 0921/925808).

Allegati:

- A) Scheda di presentazione offerta tecnica;
- B) Criteri di aggiudicazione.

IL DIRIGENTE AMMINISTRATIVO
D.ssa Leonarda Sausa