



## FONDAZIONE ISTITUTO G. GIGLIO DI CEFALÙ

### GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA PER L'ACQUISTO DI SISTEMI E APPARECCHIATURE PER TERAPIA INTENSIVA/COMPLESSO OPERATORIO DELLA FONDAZIONE IN 6 LOTTI. Gara n° 7252965. Verbale di valutazione tecnica n. 1.

L'anno 2019, il giorno 22 del mese di Febbraio, alle ore 12:45 presso l'Ufficio Acquisti della Fondazione è presente, in seduta riservata, la Commissione di gara nominata con prot. UP2019/855U del 01/02/2019, a seguito di sorteggio avvenuto in data 28/01/2019 presso la sezione provinciale UREGA Palermo:

- Dott. Giovanni Malta, Presidente;
- Ing. Pietro Sturniolo, Componente Tecnico esperto;
- Avv. Gabriella Larganà, Componente Esperto in materie giuridiche;

Si richiama il verbale di seduta pubblica del giorno 22/02/2019 con il quale la commissione ha ammesso tutte le ditte partecipanti alla successiva fase di gara, vale a dire l'analisi delle buste contenenti le offerte tecniche, scaricate dal portale "Acquistitelematici.it", al fine della valutazione della conformità tecnica (lotti 1 e 2) ed al fine dell'attribuzione dei punteggi coi criteri previsti nei relativi capitoli tecnici (lotti 4, 5 e 6).

Conseguentemente la commissione inizia i lavori con la valutazione della conformità delle offerte per i lotti n. 1 e n. 2.

Lotto 1:

Ditta Medigest S.r.l.: Dalla visione dei documenti presentati dalla ditta, la proposta tecnica risulta essere conforme alle caratteristiche tecniche minime richieste da capitolato, e viene pertanto ammessa alla successiva fase di gara.

Lotto 2:

Ditta Ultramed Srl :dalla visione dei documenti presentati dalla ditta, la proposta tecnica risulta non essere conforme alle caratteristiche tecniche minime di cui al punto 6 pag. 4 del Capitolato tecnico di gara, in quanto, l'utilizzo di una cartuccia dedicata per l'infusione e non utilizzabile per oltre 24 ore implica il necessario impiego di cartucce monouso dedicate. Pertanto, considerato quanto sopra, la commissione dispone l'esclusione della ditta dalla procedura di gara.

Ditta Medigest Srl: Dalla visione dei documenti presentati dalla ditta, la proposta tecnica risulta essere conforme alle caratteristiche tecniche minime richieste da capitolato, e viene pertanto ammessa alla successiva fase di gara.

La Commissione si riserva di procedere alla valutazione con attribuzione dei punteggi delle offerte pervenute per i lotti 4, 5 e 6 in seduta riservata, che verrà concordata tra i membri della commissione.

Del che è redatto il presente verbale, che letto, viene confermato e sottoscritto.

La Commissione dichiara chiusa la seduta in sessione riservata alle ore 14,00

Il Presidente

Dott. Giovanni Malta

Componente Tecnico esperto;

Ing. Pietro Sturniolo

Componente Esperto giuridico

Avv. Gabriella Larganà