



## FONDAZIONE ISTITUTO G. GIGLIO DI CEFALÙ

### GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA PER L'ACQUISTO DI SISTEMI E APPARECCHIATURE PER TERAPIA INTENSIVA/COMPLESSO OPERATORIO DELLA FONDAZIONE IN 6 LOTTI. Gara n° 7252965. Verbale di valutazione tecnica n. 3.

L'anno 2019, il giorno 22 del mese di Marzo, alle ore 9,00 presso la stanza del Presidente sita all'interno del Blocco Operatorio della Fondazione è presente, in seduta riservata, la Commissione di gara nominata con prot. UP2019/855U del 01/02/2019, a seguito di sorteggio avvenuto in data 28/01/2019 presso la sezione provinciale UREGA Palermo:

- Dott. Giovanni Malta, Presidente;
- Ing. Pietro Sturniolo, Componente Tecnico esperto;
- Avv. Gabriella Larganà, Componente Esperto in materie giuridiche;

Si richiama il verbale di seduta riservata del giorno 08/03/2019 con il quale la commissione ha disposto, per il lotto 5 – sistemi infusionali, che il RUP chiedesse alla ditta Becton Dickinson, di fornire chiarimenti in merito alla caratteristica minima *“eliminazione automatica del bolo dopo un occlusione”*.

Con nota del 12/03/2019, pervenuta attraverso il portale in corrispondenza della richiesta inviata dal RUP, la superiore ditta ha fornito il chiarimento come da allegato, identificando le pagine dei manuali nella quali rilevare la presenza della caratteristica minima di cui sopra.

Conseguentemente, la Commissione procede alla verifica di quanto dichiarato dalla ditta Becton Dickinson, rilevando che le caratteristiche indicate all'interno dei manuali per le tre apparecchiature componenti il lotto 5, non soddisfano il requisito minimo richiesto dal capitolato per ciascuna delle apparecchiature offerte, in quanto il bolo non viene eliminato automaticamente dalla singola apparecchiatura ma è prevista una impostazione da parte dell'operatore sanitario.

Pertanto, la Commissione dispone l'esclusione della ditta Becton Dickinson dalle successive fasi di gara. Alla luce delle esclusioni disposte, venendo a mancare qualunque elemento di comparazione ai fini dell'attribuzione dei punteggi tecnici, la Commissione ritiene di attribuire all'unica ditta rimanente, ovvero B. Braun Milano S.p.A. il punteggio di 70/100 previsto dal disciplinare di gara.

Alle ore 10,00 la Commissione si reca presso la Recovery Room del Blocco Operatorio per procedere, giusta convocazione delle ditte partecipanti da parte del RUP, alle demo delle apparecchiature oggetto del lotto 6.

Sono presenti per ciascuna ditta gli specialist e gli agenti locali.

In particolare hanno preso parte alla demo tutte le ditte partecipanti al lotto 6, ovvero, Medigas Italia srl, Getinge Italia srl, Burke&Burke SpA e Ultramed srl. Ciascuna ditta ha proceduto alla demo presentando dapprima le caratteristiche dell'apparecchiatura e poi dimostrando il funzionamento della stessa e le relative peculiarità.

Alle ore 13,45 si è conclusa la fase dimostrativa e il Presidente rimanda il completamento della valutazione dell'offerta tecnica del lotto 6 per il giorno 29 marzo p.v. alle ore 10,00.

Del che è redatto il presente verbale, che letto, viene confermato e sottoscritto.

La Commissione dichiara chiusa la seduta in sessione riservata alle ore 14,45.

Il Presidente  
Dott. Giovanni Malta

Componente Tecnico esperto;  
Ing. Pietro Sturniolo

Componente Esperto giuridico  
Avv. Gabriella Larganà